

Załącznik nr 1 do SIWZ –Pn-79/15/AR

Na potrzeby niniejszego dokumentu stosuje się następujące definicje:

- **przeгляд techniczny urządzeń** – kompleksowe wykonane w określonych odstępach czasu sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przez wykwalifikowane i odpowiednio przygotowane do tego celu osoby
- **konserwacja urządzeń** – zespół czynności mający na celu zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez czyszczenie, smarowanie, regulowanie itp. (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) oraz zaleceniami producenta.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji technicznych sprzętu laboratoryjnego.
- **Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/, a zakończony wydaniem stosownych dokumentów / raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika aparatury Zamawiającego oraz wpisem do Paszportu Technicznego, który powinien zawierać także termin następnego przeglądu/ **wraz z certyfikatami sprzętu, użytego do pomiarów.****
2. Usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca będzie wykonywać przy użyciu własnych narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności użycia specjalistycznej aparatury pomiarowej lub z innych powodów np. konieczności dłuższego monitorowania poprawności działania aparatury usługa ta może być wykonywana poza siedzibą Zamawiającego. Koszty związane z dostarczeniem i odebraniem sprzętu ponosi Wykonawca, który zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normami odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP.
3. Konieczność przeprowadzania napraw lub wymiany części zamiennych, na nowe, wynikłych podczas prac przeglądowych, Wykonawca będzie uzgadniał z działem Gospodarki Aparaturowej Zamawiającego wraz z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.
4. W przypadku wyłączenia aparatu z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: urządzenie niesprawne- nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy- nie używać.

5. W cenie za przegląd techniczny i konserwację Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszt transportu (koszt przesyłki) aparatury.

Wykaz sprzętu laboratoryjnego podlegającego przeglądom i konserwacji w ramach prowadzonego postępowania zawiera załącznik Nr 2

.....

(miejsowość, data)

.....

Czytelny/e podpis/y (imię nazwisko)lub

*podpis/y i pieczętka/ki imienna/e
osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania wykonawcy*

Załącznik nr 2 do SIWZ –Pn-79/15/AR

lp	Nazwa	Model	Nr seryjny	Nr inwentarzowy	Rok produkcji	Producent	Lokalizacja	cena netto za 1 przegląd	cena brutto za 1 przegląd	kwota netto za czas trwania umowy /36 m-cy/	kwota brutto za czas trwania umowy /36 m-cy
1.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850		3588/IXg14-34	1996	Labcaire	Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej				
2.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850		3589/IXg14-35	1996	Labcaire	Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej				
3.	KOMORA LAMINARNA	BIOHAZARD	8837	4195	1997	ASSAB	Klinika Nowotworów Układu Chłonnego				
4.	KOMORA LAMINARNA	C-[MAXPRO]3-130	1013080211	7557/IVd-42-62	2008	BERNER	Oddział Chemioterapii Diennej				
5.	KOMORA LAMINARNA NA STOJAKACH	AC2 - 4E1	2005/10812	6275/IVd42-57	2005	ESCO	Oddział Chemioterapii Kliniki Onkologicznej ul. Wawelska 15				
6.	KOMORA LAMINARNA NA STOJAKACH	AC2 - 4E1	2005/10813	6276/IVd42-58	2005	ESCO	Oddział Chemioterapii Kliniki Onkologicznej ul. Wawelska 15				
7.	KOMORA LAMINARNA	AC2 - 4E1	2007-23425	6986/IVd42-60	2007	ESCO	Oddział Chirurgii Onkologicznej ul. Wawelska 15				
8.	WYCIĄG CHEMICZNY	4850-207		3326/IXg14-22		Labcaire	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej IXp, pok.1a				
9.	KOMORA LAMINARNA	BIOHAZARD	8837	4208	1997	ASSAB	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej IXp, pok.5				
10.	WYCIĄG CHEMICZNY	FE 3650	3650-171	3325	1996	Labcaire	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej pok. 1, IXp				
11.	DYGESTORIUM CHEMICZNE	30.06.15	289	4718	2000	POLON	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej pok. 22				
12.	WYCIĄG CHEMICZNY	-BRAK-		3665	1996	POLON	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej pok. 24 IXp.				
13.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850	4850-217	3327/IXg14-23	1995	Labcaire	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej pok. 24 IXp.				
14.	WYCIĄG CHEMICZNY	FE 3650	3650-196	3344	1996	Labcaire	Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej pok.26, VI p.				
15.	DYGESTORIUM	POLTECH	750723	6774/IVd35-34	2007	POLON	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej pok.4				
16.	DYGESTORIUM	CER 300607		4511/IVd35-23	1998	POLON	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Vip, pok.3				
17.	KOMORA LAMINARNA	LDM-PGN/9		DARCZYŃCA NIEZNANY		PROLAB	Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Vip, pok.9				
18.	KOMORA LAMINARNA	SAFE 2020	41005399	7424/IVd42-61	2009	Thermo	Pracownia Inżynierii Komórkowej				
19.	KOMORA LAMINARNA	NU437-600E	92280072704	5936/IVd42-55	2004	NIUARE	Pracownia Inżynierii Komórkowej				
20.	KOMORA LAMINARNA	HS 12/2	95114355	3271/IVd42-38	1996	HERAEUS	Pracownia Inżynierii Komórkowej				

21.	KOMORA LAMINARNA	HS 12/2	95114352	3366/IVd42-43	1996	HERAEUS	Pracownia Inżynierii Komórkowej					
22.	KOMORA LAMINARNA	HS 12/2	20001838	4729/IVd42-52	2000	HERAEUS	Pracownia Inżynierii Komórkowej					
23.	WYCIĄG CHEMICZNY	WCS-2	15536	BRAK	2000	POLON	Pracownia Planowania Przygotowania i Leczenia Napromienianiem					
24.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850	4850-214	3300	1996	Labcaire	Zakład Genetyki Pracownia Badań Wielkoskalowych					
25.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850	4850-200	3318/IXg 14-13	1996	Labcaire	Zakład Genetyki Pracownia Badań Wielkoskalowych IVp					
26.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850	4850-216	3328	1996	Labcaire	Zakład Genetyki Pracownia Badań Wielkoskalowych Ivp					
27.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4851	4850-205	3319	1996	Labcaire	Zakład Genetyki Pracownia Badań Wielkoskalowych IVp					
28.	KOMORA LAMINARNA	BIOHAZARD	8837 -470730			ASSAB	Zakład Genetyki Pracownia Badań Wielkoskalowych					
29.	KOMORA LAMINARNA DO HISTEREKTOMII	CB1204		3172/IVd42-33	1995	CLANLAF	Zakład Genetyki Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych					
30.	WYCIĄG CHEMICZNY	FE 3650	3650	3381/IXg14-30	1996	Labcaire	Zakład Genetyki Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych					
31.	WYCIĄG CHEMICZNY	FE-4850	4850	3382/IXg14-31	1996	Labcaire	Zakład Genetyki Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych					
32.	KOMORA LAMINARNA	MICROFLOW	3759	BRAK		MICROFLOW	Zakład Genetyki Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych					
33.	BOKS LAMINARNY	V42		3176/IVd42-34	1995	ASSAB	Zakład Genetyki Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych					
34.	KOMORA LAMINARNA	V4		IVd54-3	1995	ASSAB	Zakład Genetyki Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych					
35.	BOKS JAŁOWY DLA ZWIERZĄT	CLEAN BEND 307		1081/IVd42	1982	EHRET	Zakład Genetyki Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych					
36.	BOKS CHEMICZNY Z POCHŁANIACZEM	2450	2459	2487/IVd42-18	1995	LABRUM AB	Zakład Genetyki Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych					
37.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850		3324/IXg14-20	1996	Labcaire	Zakład Immunologii p. 2					
38.	WYCIĄG BIOCHEMICZNY	FE 3650		3321/IXg14-17	1996	Labcaire	Zakład Immunologii p. 24					
39.	WYCIĄG BIOCHEMICZNY PRZEWODOWY	FE 4850		3323/IXg14-19	1996	Labcaire	Zakład Immunologii p. 24					
40.	KOMORA LAMINARNA	NU425-200e		7561/IVd42-63		NIUARE	Zakład Immunologii p.12					
41.	BOKS LAMINARNY	HS 12/2	95114356	3272/IVd42-39	1996	HERAEUS	Zakład Immunologii p.2					
42.	BOKS LAMINARNY	HS 12/2	95114354	3273/IVd42-40	1996	HERAEUS	Zakład Immunologii p.2					
43.	WYCIĄG CHEMICZNY PRZEWODOWY	FE 3650		3322/IXg14-18	1996	Labcaire	Zakład Immunologii p.20					
44.	BOKS LAMINARNY	BIOHAZARD SOSV12M		4196/IVd42-45	1997	ASSAB	Zakład Immunologii pok. 16					
45.	BOKS LAMINARNY	V42		1626	1991	ASSAB	Zakład Immunologii pok. 17					
46.	BOKS LAMINARNY	BIOHAZARD SOSV12M		4209/IVd42-50	1997	ASSAB	Zakład Immunologii pok. 17					
47.	KOMORA LAMINARNA	V4		IVd54-4	1995	ASSAB	Zakład Immunologii pok. 17					
48.	BOKS LAMINARNY	BIOHAZARD SOSV12M	17502	1627/IVd42-15	1991	ASSAB	Zakład Immunologii pok. 2a					
49.	KOMORA LAMINARNA	V4		IVd54-2	1995	ASSAB	Zakład Immunologii pok. 2a					
50.	KOMORA LAMINARNA	MSC ADVANTAGE 1.2	40731768	6886/IVd-59	2007	Thermo	Zakład Mikrobiologii Klinicznej					
51.	BOKS LAMINARNY	BIOHAZARD SOSV12M	8837	4206/IVd-47	1996	ASSAB	Zakład Mikrobiologii Klinicznej					
52.	BOKS LAMINARNY	BIOHAZARD SOSV12M		4207/IVd-48	1997	ASSAB	Zakład Mikrobiologii Klinicznej					

53.	WYCIĄG CHEMICZNY	FE 3650		3343	1996	Labcaire	Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej				
54.	KOMORA LAMINARNA	-BRAK-		IVd54-5	1995	ASSAB	Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej				
55.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850		3345	1996	Labcaire	Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej				
56.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850		3320	1996	Labcaire	Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej				
57.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850		3346	1996	Labcaire	Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej				
58.	WYCIĄG RADIOCHEMICZNY	FE 4850		3363	1996	Labcaire	Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej				
59.	SZAFKA FORMALINOWA	19FC1200W	19-FC-0849-198W	7203/IVc18-3	2008	Biomedica	Zakład Patologii				
60.	DYGESTORIUM CHEMICZNE	-BRAK-		6901	2007	POLON	Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Technik Patologicznych				
61.	KOMORA LAMINARNA		95114353	3275/IVd42-42	1996	HERAEUS	Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Hodowli Komórek				
62.	SZAFKA FORMALINOWA		19-FC-1108-225N	7842/IXa25-49	2011	Biomedica	Zakład Patologii i Diagnostyki laboratoryjnej Pracownia Patologii narządowej Nowotworów, ul. Wawelska				
63.	DYGESTORIUM	GROSSLAB JUNIOR		7272/IVd35-37	2009	GROSLAB	Zakład Patologii i Diagnostyki laboratoryjnej Pracownia Patologii narządowej Nowotworów, ul. Wawelska				
64.	DYGESTORIUM CHEMICZNE	-BRAK-		IVd53-6	1974	POLON	Zakład Patologii i Diagnostyki laboratoryjnej Pracownia Patologii narządowej Nowotworów, ul. Wawelska				
65.	WYCIĄG CHEMICZNY	WCS-2	15184	4667	1995	POLON	Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Technik Patologicznych /CPN/				
66.	DYGESTORIUM CHEMICZNE	-BRAK-		6900	2007	POLON	Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Technik Patologicznych				
67.	DYGESTORIUM CHEMICZNE	-BRAK-		2460/IVd35-21	1995	POLON	Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Technik Patologicznych lab. Mikroskopii Elektronowej				
RAZEM:											

wartość netto trzy letniej umowy :.....PLN

słownie wartość netto :

Raport z wykonanej usługi

Numer raportu

Lokalizacja

- Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
 Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa, ul. Wawelska 15

Nazwa komórki organizacyjnej

Dane techniczne urządzenia

Producent	
Nazwa	
Model	
Typ	
Numer seryjny	
Numer inwentarzowy	
Numer paszportu	

Paszport

- Wpisano w paszport urządzenia w dniu
- Założono nowy paszport z powodu:
- urządzenie nie posiadało paszportu
 brak miejsca na nowy wpis w paszporcie

Numer poprzedniego paszportu

Wykonane prace

- Przegląd techniczny Kalibracja Legalizacja Naprawa Inne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dodatkowe zalecenia eksploatacyjne

.....

.....

.....

.....

Potwierdzenie realizacji

	Data	Godzina
Rozpoczęcia		
Zakończenia		

Imię, nazwisko i pieczęć wykonawcy usługi

Podstawa prawna realizacji usługi

- Umowa nr
- Zlecenie nr

Koszt realizacji usługi

Miejsce realizacji usługi

- W miejscu instalacji urządzenia
 W siedzibie wykonawcy

Potwierdzenie dopuszczenia do dalszej eksploatacji

- TAK, do dnia
- TAK WARUNKOWO, do dnia
- NIE

Warunki czasowego dopuszczenia do eksploatacji
lub przyczyny nie dopuszczenia do dalszej eksploatacji

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Potwierdzenie przyjęcia realizacji usługi bez zastrzeżeń. Imię, nazwisko i pieczęć.

Przedstawiciel DGA	Użytkownik
--------------------	------------

Data złożenia dokumentu w Dziale Gospodarki Aparaturowej

Datownik DGA

U M O W A NR/2015

zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 525-000-80-57, zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działa :

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha – Dyrektor

a

.....
wpisanym do

- Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.....
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, NIP, Regon, wysokość kapitału zakładowego

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, Regon, zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:

1.
2.

Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego **na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w Klinikach i Zakładach COI przez okres 36 miesięcy, nr sprawy PN-79/15/AR**, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2013 r., poz. 907)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego, zwanego w dalszej części umowy „sprzętem”, będącego własnością Zamawiającego, którego wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy, tj. od dnia do dnia

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz zapewnia, że usługi te będą wykonywane z należytą starannością.
2. Do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy należy:
 - a) wykonywanie usług przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach, zgodnie z

instrukcją producenta sprzętu, z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (zakres czynności określa załącznik nr 2). Dokładne terminy wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu uzgodnione zostaną bezpośrednio przez Wykonawcę z osobą upoważnioną przez Zamawiającego na piśmie i w formie elektronicznej lub faksem.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 (dwóch) tygodni od daty podpisania niniejszej umowy do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu wykonania planowanych przeglądów technicznych. Każdy termin określony w harmonogramie winien być ostatecznie potwierdzony w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem przez obie strony najpóźniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem przeglądu technicznego.

- b) zapewnienie prawidłowych warunków eksploatacji sprzętu oraz usunięcie zauważonych nieprawidłowości w działaniu poszczególnych układów danego sprzętu i urządzeń z nim współpracujących.
 - c) sprawdzanie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego, kalibracji lub legalizacji sprzętu, sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia jeśli jest wymagana,
 - d) wymiany materiałów eksploatacyjnych podczas przeglądu, zgodnie z zaleceniami producenta,
 - e) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku,
 - f) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy,
 - g) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku,
 - h) dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego m.in. data przeglądu, ocena techniczna określająca czy urządzenie jest sprawne i nadające się do eksploatacji, wykaz wymienianych części, termin kolejnego przeglądu, pieczętka i podpis Wykonawcy,
 - i) wystawienie raportu z wykonanej usługi, w którym należy wyszczególnić: rodzaj sprzętu, miejsce użytkowania z podaniem dokładnej lokalizacji, rodzaj i cenę wykonanej usługi oraz uzyskać potwierdzenie wykonanej usługi przez osobę odpowiedzialną za dany sprzęt (wzór określa załącznik nr 3).
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług u Zamawiającego lub, w razie zaistnienia takiej konieczności, także poza jego siedzibą przy użyciu sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie oraz na własny koszt dojechać do Zamawiającego, W razie niemożności wykonania przeglądu i konserwacji sprzętu u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z jego transportem.
4. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy, używać będzie własnych materiałów, narzędzi i urządzeń pomiarowych.
5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że stopień zużycia danego sprzętu powoduje, że jego konserwacja jest nieopłacalna z powodu konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, w celu podjęcia decyzji. Jeżeli Zamawiający zrezygnuje z obsługi serwisowej danego sprzętu, Wykonawca nie będzie wystawiać

faktury za jego przegląd i konserwację, a łączna kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

6. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie jest niesprawne, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy”. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.

§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi PLN (słownie:..... PLN) **brutto**, w tym wartość **netto** PLN (słownie:..... PLN)
2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Kwota, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, a w szczególności:
 - koszty wykonania przeglądów sprzętu w okresie trwania umowy,
 - koszt części przewidzianych do wymiany w ramach przeglądu,
 - koszty wydania orzeczenia technicznego,
 - koszty dojazdu serwisu.
3. Wynagrodzenie za usługi zostanie rozliczone wg cen jednostkowych brutto podanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Podstawą do rozliczenia za wykonane przeglądy techniczne i konserwację sprzętu jest raport z wykonanej usługi (serwisowy) - **Załącznik nr 3**, w którym należy wyszczególnić rodzaj sprzętu, miejsce użytkowania z podaniem oddziału, rodzaj wykonanej usługi oraz cenę. Raport zostanie podpisany przez przedstawiciela DGA (Działu Gospodarki Aparaturowej) i użytkownika.
5. Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletu dokumentów tj. prawidłowo wystawionej faktury wraz z oryginalnym raportem z wykonanej usługi, na konto wskazane na fakturze.
6. Do podpisywania faktur Zamawiający upoważnia Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej.
7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku nie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego aparatury w terminach uzgodnionych w harmonogramie, Wykonawcy przysługuje prawo obciążenia Zamawiającego kosztami dojazdu według obowiązującego cennika Wykonawcy.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Strony umowy postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dokonaniu przeglądu w stosunku do terminów przewidzianych w harmonogramie o którym mowa w § 3 ust.2 lit a.

- 2) W wysokości 20% (dwadzieścia procent) wartości brutto umowy określonej w § 4 ust 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę.
2. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie noty księgowej.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależyтым wykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając Wykonawcę na piśmie,
 - 2) w przypadku niewykonania umowy lub rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za okres prawidłowo wykonanej umowy.

§ 7

INFORMACJE POUFNE

1. Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku i przy okazji zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonywania stanowić będą informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów. Tylko informacje, które zostały zastrzeżone przez Zamawiającego, traktowane będą jako informacje Poufne w rozumieniu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania takich informacji poufnych jakiegokolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.

5. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 4 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.
6. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
7. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
8. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

Załączniki:

1. **Załącznik nr 1** - Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego i konserwacji sprzętu
2. **Załącznik nr 2** - Wykaz sprzętu wraz z podaniem cen jednostkowych
3. **Załącznik nr 3** -Raport z wykonanej usługi.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

WYKAZ USŁUG

dot. postępowania na:

**przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w
Klinikach i Zakładach COI przez okres 36 miesięcy**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nazwa i adres Zamawiającego (Odbiorcy)	Przedmiot usługi	Wartość usługi brutto	Terminy realizacji usługi	Referencje strona oferty

UWAGA: załączyć dowód, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

.....
(data, pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

[pieczęć firmowa]

OŚWIADCZENIE

Zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w Klinikach i Zakładach COI przez okres 36 miesięcy - nr sprawy PN –79/15/AR,

oświadczam/y, że:

- ⇒ **nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
- ⇒ **należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

....., dnia2015 r.

.....

podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić

O Ś W I A D C Z E N I E

**W związku z ubieganiem się o zamówienia publiczne prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w
Klinikach i Zakładach COI na okres 36 miesięcy,
nr sprawy PN-79/15/AR**

oświadczam, że:

przeglądy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane przez podmiot który :

- dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;
- posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności;
- zatrudnia osoby posiadające określone kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

....., dnia,
(miejsowość i data)

.....
(pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

**W związku z ubieganiem się o zamówienia publiczne prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w
Klinikach i Zakładach COI na okres 36 miesięcy,
nr sprawy PN-79/15/AR**

oświadczam, że:

przrzędy użyte do sprawdzania dla zachowania wiarygodności wyników badań były poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 30 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach okres ważności dowodów kontroli metrologicznej mierników.

....., dnia,
(miejsowość i data)

.....
(pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)