

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Warszawa, 2016 – 01 - 29

Do uczestników postępowania

Dotyczy:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą systemu do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą Real-Time PCR przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, nr sprawy PN - 3/16/MS

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, formularz ofertowy, pkt. nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza termin przydatności materiałów eksploatacyjnych min. 6 miesięcy zamiast min. 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie materiałów eksploatacyjnych dopuszcza termin przydatności min. 6 miesięcy od daty dostawy. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 3 do SIWZ w pkt. 2 oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ pkt. 4 (*parametry graniczne odczynników*) zobowiązany jest podać informację o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Załącznik nr 6, paragraf 3, punkt 1:

Czy Zamawiający wydłuży dostawy w tzw. trybie awaryjnym do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza dostawy w tzw. trybie awaryjnym do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Załącznik nr 6, paragraf 6, punkt 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku awarii systemu do 14 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zastępczych z zagranicy oraz zgodę na zmianę wymiaru kary umownej w wysokości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy tydzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku awarii systemu do 14 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zastępczych z zagranicy. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ w pkt. 7 (*pozostałe*) zobowiązany jest podać informację o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Jednocześnie § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nie dokonania naprawy awarii systemu do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii , 14 dni roboczych - w przypadku konieczności sprowadzenia części zastępczych z zagranicy lub nie dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy tydzień zwłoki. Taka sama kara należna będzie w przypadku nie wykonania przeglądu/konserwacji, zgodnie z zaleceniami producenta.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Marlena Bałkowska

Zbigniew Szymek
KIEROWNIK SEKCJI
ds. Zamówień Publicznych
Zbigniew Szymek

ST. SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Monika Szwarczevska
mgr Monika SZWARCZEWSKI