

Temat:		aparat do znieczulania Belase Sirius - 3 przeglądy								
Szczegółowy podział zadania:										
Nr	Nazwa/ Model	nr seryjny	nr inwentarzowy	lokalizacja	cena netto za 1 przegląd	stawka podatku VAT	cena brutto za 1 przegląd	ilość przeglądów	wartość netto za 3 przeglądy	wartość brutto za 3 przeglądy
1	aparat anestetyczny BLEASE SIRIUS 900	SIRI001130	7276/IVc6-67	OAIiT (ul. Wawelska 15 B)				3		
2	aparat anestetyczny BLEASE SIRIUS 900	SIRI001131	7275/IVc6-66	OAIiT (ul. Wawelska 15 B)				3		
3	aparat anestetyczny BLEASE SIRIUS 900	SIRI005714	9017/IVc6-78	OAIiT (ul. Wawelska 15 B)				3		

<p>Przegląd zgodny z wymaganiami producenta (w zestawie z aparatem Blease Sirius występuje kardiomonitor oraz analizator gazów) obejmujący :</p> <p>I. Aparat Blease Sirius:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oględziny sprzętu pod kątem uszkodzeń mechanicznych 2. Oględziny używanych akcesoriów. 3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia. 4. Sprawdzenie działania klawiszy, przycisków, ekranu dotykowego. 5. Wymiana części zużywalnych, uszczelek. 6. Sprawdzenie poprawności działania, oraz funkcji respiratora 7. Przegląd historii zdarzeń (logów) zarejestrowanych przez respirator. 8. Sprawdzenie szczelności, wykonanie procedury rozszerzonej 9. Sprawdzenie dokładności dostarczanej objętości. 10. Sprawdzenie szczelności parownika i dokładności podawania środka anest. 11. Sprawdzenie poprawności wskazania czujnika tlenu (jeżeli jest używany) 12. Sprawdzenie i regulacja dokładności przepływu świeżego gazu. 13. Wymiana akumulatora w respiratorze - co 3 lata. <p>II. Kardiomonitor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oględziny sprzętu pod kątem uszkodzeń mechanicznych 2. Oględziny używanych akcesoriów. 3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia. 4. Sprawdzenie działania klawiszy, przycisków, ekranu dotykowego. 5. Sprawdzenie poprawności działania oraz dokładności funkcji i parametrów (EKG, SPO2, Temp, Resp, NIBP, IBP) 6. W przypadku opcji NIBP wykonanie testu statycznego i próbnego pomiaru 7. Oględziny i sprawdzenie stanu akumulatora (jeśli występuje) <p>III Analizator gazów 91518</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oględziny sprzętu pod kątem uszkodzeń mechanicznych 2. Czyszczenie wnętrza analizatora. 3. Wymiana elementów zużywalnych co 3 lata 4. Sprawdzenie dokładności oceny tlenu, podtlenku, ETCO2, anestetyku. 5. Kalibracja układu pomiarowego – jeżeli odczyty gazów są niedokładne. 	TAK				
--	-----	--	--	--	--

<p>Wykaz uszczelek (elementy przygotowanego przez Producenta zestawu uszczelek do aparatu Blease Sirius):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 uszczelki na szynę parownika 2. 3 uszczelki bloku absorbera 3. Uszczelka, na króciec czujnika tlenu, 4. Uszczelka do pochłaniacza 5. Uszczelka pokrywy mieszka 6. Uszczelka pomiędzy zbiornikami wapna, 7. Uszczelka górnej części absorbera 8. Uszczelka złącza manometru 9. Zawór pop-off 10. 2 mocowania do parowników 11. 3 filtry stożkowe, mosiężne 12. 3 filtry okrągłe, mosiężne 13. Uszczelka do wyjścia odciagu gazów 14. Inne uszczelki (np. na małe butle) <p>Wykaz uszczelek (elementy do analizatora gazów)</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. 4 uszczelki na szynę parownika 16. Uszczelka, na króciec czujnika tlenu, 17. Uszczelka pokrywy mieszka 18. Uszczelka górnej części absorbera 19. 2 linie nafionowe dł. 30 cm 20. Filtr powietrza do bloku pneumatycznego 21. Filtr powietrza, wejście referencyjne 22. Uszczelka filtra powietrza, wejście referencyjne 23. 2 uszczelki, złącze pułapki wodnej 24. Zbiornik z wapnem 25. Filtr powietrza wentylatora 26. 4 linie silikonowe, długość 2,5 cm 	TAK				
--	-----	--	--	--	--

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ

<p>1. Usługi będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego, tzn. użytkownika lub innej osoby wskazanej przez użytkownika.</p> <p>2. Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów.</p> <p>3. Wykonawca zobowiązany jest do:</p> <p>a/ potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy,</p> <p>b/ wystawienia świadectwa/certyfikatu sprawności sprzętu, z określeniem terminu następnego przeglądu,</p> <p>c/ wypełnienia paszportu technicznego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.),</p> <p>d/ podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji sprzętu.</p> <p>e/ w miarę potrzeby, w ramach przeglądów prowadzone będą bezpłatne instruktaże dla użytkownika sprzętu.</p> <p>4. W przypadku negatywnego wyniku przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wskazującego, że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności, przedstawieniem kosztów naprawy (oferta) oraz umieszczenie na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji : urządzenie niesprawne – nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać. Do obowiązków Wykonawcy należy również sporządzanie orzeczeń o stanie sprzętu nie nadającego się do naprawy.</p> <p>5. W przypadkach opisanych w pkt. 4 Zamawiający wymaga każdorazowego przedstawienia do akceptacji oferty cenowej na proponowane do wymiany części. Wykonanie naprawy sprzętu nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy.</p> <p>6. Usługi będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą u Zamawiającego. Jeśli zaistnieje konieczność wykonywania w/w czynności w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie oraz dostarczy na czas przeglądu sprzęt zastępczy o takich samych lub równoważnych parametrach technicznych kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami. Koszty dojazdu i transportu ponosi Wykonawca.</p> <p>7. Wykonawca zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. Kodeks cywilny ponosi odpowiedzialność za zawnione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania przeglądu technicznego sprzętu.</p> <p>8. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu, w przypadku nieprzewidzianej awarii sprzętu.</p>	TAK					
Łączna wartość brutto PLN:	0,00 PLN	Kwota VAT:				

