

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Do Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę akcesoriów do bronchoskopii, nr sprawy PN-53/16/DW

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującym w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2015, poz. 2164), wyjaśniamy co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pozycja 4: Zważywszy na fakt, że w pozycji 4 Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch rodzajów igieł 21 G i 22 G, czy Zamawiający wymaga dostarczenia jako próbki po 1 sztuce z obu zaoferowanych igieł, czy wystarczy dostarczenie 1 szt. z dwóch wymaganych igieł?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania próbki produktu po 1 szt. z każdego rozmiaru.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pozycja 2: Zważywszy na fakt, że w pozycji 2 wymagana jest szczoteczka dwustronna, czy Zamawiający dopuści szczoteczkę, której średnica części do czyszczenia kanałów endoskopowych zgodnie z SIWZ pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm - 3,2 mm, natomiast część zawierająca szczoteczkę do czyszczenia wlotów (gniazd) endoskopu pasuje do wszystkich endoskopów z kanałem narzędzia o średnicy 1,2 - 6,0 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów SIWZ, punkt VIII, punkt 1, podpunkt 2) oraz punkt IX, podpunkt 1.2: Prosimy o potwierdzenie, że za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna przedstawienie jednej referencji na akcesoria endoskopowe o wartości podanej w SIWZ?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę aby termin o którym mowa w § 6 ust. 2 tj. termin załatwienia reklamacji był liczony w dniach roboczych.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w § 6 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

*"Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni **roboczych** liczonych od daty jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie."*

Pozostałe zapisy w SIWZ bez zmian.

Z poważaniem

d.o. KIEROWNIKA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Maria Bałkowska
Maria Bałkowska