

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 2**

Warszawa, 2017 – 09 - 06

Do uczestników postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na dostawę serwet
gazowych jałowych, numer sprawy PN –132/17/MJ**

W związku z mogącymi powstać wątpliwościami co do zamieszczonych wcześniej wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 21

dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej jałowej z nitką RTG (wplecioną w warstwę gazy) 17 nitkowej, 4 warstwowej, w kolorze białym oraz taśmą o wymiarach 45 cm x 70cm pakowanej a ' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, poddanych procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego? Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że proces technologicznego prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a ponadto, poza zwiększeniem miękkości i chłonności serwety, gwarantuje większe bezpieczeństwo jej użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacji procesu bielenia - środków pianotwórczych, redukujących lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają procesom chemicznym, mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm). Prosimy również o zgodę na odchylenie w rozmiarze serwety +/- 10%, które wynika właśnie z procesów prania wstępnego. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 1 etykietę przylepną zawierającą numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).

Odpowiedź

Było:

Zamawiający nie dopuszcza serwet pakowanych a'2 sztuki, o tolerancji w rozmiarze większej niż +/- 5%., pozostaje jak w SIWZ

Powinno być:

Zamawiający nie dopuszcza serwet pakowanych a'2 sztuki oraz nie dopuszcza serwet o tolerancji w rozmiarze większej niż +/- 5%., pozostaje jak w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w numeracji pytań zamieszczonych w poprzednich Wyjaśnieniach brak pytania nr 11 - wynika to z pomyłki w nadawaniu numerów kolejnym pytaniom tj. pytanie nr 12 winno mieć nr 11 itd.

**p.o. Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Mariola Balikowska**