


Postępowanie nr PN-145/17/MJ



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych**

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę**

W imieniu

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, tj.:

- 1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
- 3) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizację zamówienia

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy):**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

- 1) .....\* w zakresie : .....\*\*
- 2) .....\* w zakresie : .....\*\*
- 3) .....\* w zakresie : .....\*\*

W załączeniu oświadczenie/nia o udostępnieniu zasobów.

\*wskazać podmiot \*\* określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem


**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem

Postępowanie nr PN-145/17/MJ



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych**

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmioty składający wspólna ofertę ("konsorcjum")**

W imieniu Konsorcjum:

.....  
.....  
.....  
(nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy łącznie warunki udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

- 1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- 2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
- 3) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalające na realizację zamówienia

.....

.....

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólna ofertę lub pieczęć wraz z podpisem

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub pieczęć wraz z podpisem

Postępowanie nr PN-145/17/MJ

pieczęć Podmiotu udostępniającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych**

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
przez Podmiot Udostępniający**

W imieniu

.....  
(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 Pzp tj.:

- 1) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia\*
- 2) posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizację zamówienia

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem

\*niepotrzebne skreślić

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem

Postępowanie nr PN-145/17/MJ

pieczęć Wykonawcy

### Oświadczenie Wykonawcy

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych

\*Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Pzp

.....  
Miejscowość i data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem

\*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem

\*niepotrzebne skreślić

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem

Postępowanie nr PN-145/17/MJ

pieczęć Lidera Konsorcjum

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych

**Oświadczenie podmiotów składających wspólnie ofertę ("Konsorcjum")**

\*Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Pzp.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu „Konsorcjum” lub pieczęć wraz z podpisem

\*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu „Konsorcjum” lub pieczęć wraz z podpisem

\*niepotrzebne skreślić

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu „Konsorcjum” lub pieczęć wraz z podpisem

Postępowanie nr PN-145/17/MJ

pieczęć Podmiotu udostępniającego zasoby

### Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych

### Oświadczenie Podmiotu Udostępniającego

w imieniu

.....  
(pełna nazwa/firma Podmiotu Udostępniającego, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

\*Niniejszym oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Podmiotu Udostępniającego lub pieczętka wraz z podpisem

\*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Podmiotu Udostępniającego lub pieczętka wraz z podpisem

\*niepotrzebne skreślić

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Podmiotu Udostępniającego lub pieczętka wraz z podpisem

Postępowanie nr PN-145/17/MJ

pieczęć Podwykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz  
medycznych zamrażarek niskotemperaturowych

### Oświadczenie Podwykonawcy

w imieniu

.....  
(pełna nazwa/firma Podwykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

\*Niniejszym oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub pieczętka wraz  
z podpisem

\*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na  
podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia  
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8  
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub pieczętka wraz  
z podpisem

\*niepotrzebne skreślić

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i  
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub pieczętka wraz  
z podpisem

## FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych

## I. OFERTĘ SKŁADA:

Nazwa Wykonawcy	
wpisany do:	<ul style="list-style-type: none"><li>Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... pod nr KRS .....</li><li>lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .....</li></ul>
NIP	
REGON	
Adres:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	

## II.

## OFERTA WYKONAWCY

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:  
Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznej zamrażarki niskotemperaturowej

PAKIET nr 1 (mikroskop fluorescencyjny)

Wartość netto: ..... PLN

(słownie wartość netto: .....PLN)

Stawka podatku VAT: ..... %

Wartość podatku VAT: ..... PLN

(słownie wartość podatku VAT: .....PLN)



Wartość brutto: ..... PLN

(słownie wartość brutto:  
.....PLN)

PAKIET nr 2 (medyczna zamrażarka niskotemperaturowa poj. 700-750 dcm<sup>3</sup>)

Wartość netto: ..... PLN

(słownie wartość netto: .....PLN)

Stawka podatku VAT: ..... %

Wartość podatku VAT: ..... PLN

(słownie wartość podatku VAT: .....PLN)

Wartość brutto: ..... PLN

(słownie wartość brutto:  
.....PLN)

PAKIET nr 3 (medyczna zamrażarka niskotemperaturowa poj. 815 dcm<sup>3</sup>)

Wartość netto: ..... PLN

(słownie wartość netto: .....PLN)

Stawka podatku VAT: ..... %

Wartość podatku VAT: ..... PLN

(słownie wartość podatku VAT: .....PLN)

Wartość brutto: ..... PLN

(słownie wartość brutto:  
.....PLN)

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

1. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczony towar na okres ..... miesięcy ( min. 24 miesiące) od daty dostawy;
2. Oświadczamy, że dostawę zrealizujemy w terminie do ..... (maks. do 10 dni roboczych od daty udzielenia zamówienia).
3. Oferujemy płatność: 85% ceny aparatu płatne do dnia 30 grudnia 2017 r. po podpisaniu protokołu z dostawy i odbioru oraz 15% ceny płatne po podpisaniu protokołu końcowego odbioru, ... dni (min 60 dni) od daty otrzymania faktury.
4. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.

5. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 30 dni od dnia składania ofert.
6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom\*  
.....  
.....(zakres/nazwa podwykonawcy)
8. Informacje zawarte na stronach ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. \*
9. Inne ważne informacje nie podane wyżej .....

Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia:

- pełnomocnictwa\*
- wymagane w siwz dokumenty i oświadczenia oświadczenie(a) złożone w celu potwierdzenia spełnienia warunków z art. 22 ust. 1b oraz braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 upzp oraz dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
- katalogi, foldery, zestawienia parametrów technicznych oferowanych wyrobów

\*niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość i data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub pieczętka wraz z podpis

\* jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna

PAKIET NR 1

**ZAŁĄCZNIK NR 5 do PN-145/17/MJ**

<i>L.p</i>	<i>opis przedmiotu zamwienia</i>	<i>Oferowany opis przedmiotu, nazwa wyrobu, nr katalogowy, producent</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto PLN</i>	<i>% VAT</i>	<i>Wartość brutto PLN</i>
1	mikroskop fluorescencyjny, odwrócony o budowie modułowej		1			

**Wartość netto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)**

**Wartość brutto: ..... PLN (słownie: ..... PLN)**

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

PAKIET NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 5 do PN-145/17/MJ

<i>L.p</i>	<i>opis przedmiotu zamwienia</i>	<i>Oferowany opis przedmiotu, nazwa wyrobu, nr katalogowy, producent</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto PLN</i>	<i>% VAT</i>	<i>Wartość brutto PLN</i>
1	medycznj zamrażarka niskotemperaturowa o pojemności 700 - 750 dcm <sup>3</sup>		1			

**Wartość netto:** ..... PLN (słownie: ..... PLN)

**Wartość brutto:** ..... PLN (słownie: ..... PLN)

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

PAKIET NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 5 do PN-145/17/MJ

<i>L.p</i>	<i>opis przedmiotu zamwienia</i>	<i>Oferowany opis przedmiotu, nazwa wyrobu, nr katalogowy, producent</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto PLN</i>	<i>% VAT</i>	<i>Wartość brutto PLN</i>
1	medycznej zamrażarka niskotemperaturowa o pojemności 815 dcm <sup>3</sup>		1			

**Wartość netto:** ..... PLN (słownie: ..... PLN)

**Wartość brutto:** ..... PLN (słownie: ..... PLN)

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

## Załącznik nr 5A do PN-145/17/MJ

## Pakiet nr 1 - mikroskop fluorescencyjny

Parametry techniczne (minimalne) dla mikroskopu fluorescencyjnego, odwróconego o budowie modułowej

Producent : .....

Kraj pochodzenia: .....

Oferowany model/typ: .....

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2017r.): .....

Lp.	Opis Parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1	Wbudowany w statyw oświetlacz Led o mocy min. 8W i temperaturze barwowej światła 6300K	Tak	
2	Żywotność oświetlacza min 40 tys. godzin świecenia	Tak	
3	Wbudowany w statyw zasilacz.	Tak	
4	Możliwość wymiany bezpiecznika bez konieczności rozkręcania obudowy.	Tak	
5	Włącznik umieszczony w przedniej części statywu.	Tak	
6	Całkowita wysokość mikroskopu nie większa niż 500 mm.	Tak	
7	Miska obiektywowa z miejscem na min. pięć obiektywów.	Tak	
8	Obiektywy o długości optycznej nie większej niż 45 mm zabezpieczone przed działaniem grzybów i pleśni, korygowane do nieskończoności dla szkiełek o grubości 1.2 mm.	Tak	
9	Obiektyw klasy min. Plan Achromat o powiększeniu 10x z kontrastem fazowym Ph, apertura numeryczna min. 0.10, odległość robocza min. 10 mm	Tak	
10	Obiektyw klasy min. Plan Achromat o powiększeniu 20x z kontrastem fazowym Ph, apertura numeryczna N.A. min. 0.40, odległość robocza min. 5 mm	Tak	
11	Obiektyw klasy min. Plan Achromat o powiększeniu 40x, apertura numeryczna N.A. min. 0.60, odległość robocza min. 2.5 mm	Tak	
12	Płynna zmiana natężenia oświetlenia za pomocą pokrętki znajdującego się w przedniej części statywu.	Tak	
13	Współosiowe ogniskowanie mikro/makro z dokładnością min. 0.002 mm z regulacją siły oporu ruchu pokrętki makro i blokadą górnego położenia miski obiektywowej. Pokrętła mikro i makro z obydwu stron statywu.	Tak	
14	Modułowa budowa statywu pozwalająca na jego rozbudowę o nasadkę ergonomiczną z dodatkowym portem kamery.	Tak	
15	Dodatkowy port umieszczony w tylnej części statywu umożliwiający	Tak	
16	Oświetlacz fluorescencyjny z lampą rtęciową o mocy min. 100W mocowany w tylnej części statywu.	Tak	
17	Filtr fluorescencyjny o parametrach min. wzbudzenie 460-490, lustro dichroiczne 500, emisja 520	Tak	
18	Mocowana na kondensor osłona zabezpieczająca wzrok użytkownika przed działaniem światła UV.	Tak	
19	Umieszczony w dolnej części statywu zmiennik filtrów fluorescencyjnych z miejscem na min. 2 filtry fluorescencyjne.	Tak	
20	Kontroler i zasilacz lampy rtęciowej z cyfrowym wyświetlaczem obecnego czasu pracy oświetlacza oraz czasu całkowitego.	Tak	

21	Wszystkie przyciski sterujące kontrolera umieszczone na przodzie obudowy.	Tak	
22	Stół podstawowy o wymiarach min. 250 x 155 mm .	Tak	
23	Możliwość zwiększenia powierzchni roboczej stołu do minimum 220 mm za pomocą dodatkowego modułu mocowanego w bocznej części stolika podstawowego.	Tak	
24	Możliwość rozbudowy stołu podstawowego o stół mechaniczny z zakresem przesuwu X-Y minimum 120 x 75 mm; możliwość montażu uchwytów dodatkowych dla szalek petriego, terasaki, płytek wielodołkowych etc.	Tak	
25	Szklana wkładka do stołu pozwalająca na pracę ze szkiełkami podstawowymi.	Tak	
26	Kondensor z aperturą numeryczną N.A. min. 0.25 i odległością roboczą min. 70 mm z uchwytem na wsuwkę do kontrastu fazowego dla obiektywów o powiększeniach 10x i 20x.	Tak	
27	Wsuwka do kontrastu fazowego z pierścieniami Ph dla obiektywów 10x i 20x z możliwością rozbudowy o dodatkowy pierścień Ph dla obiektywu 40x.	Tak	
28	Możliwość zwiększenia odległości roboczej do minimum 145 mm.	Tak	
29	Wyjmowany uchwyt pozwalający na zainstalowanie dodatkowych filtrów barwnych lub rozpraszających.	Tak	
30	Filtr zielony, niebieski oraz filtr rozpraszający światło w zestawie.	Tak	
31	Nasadka binokularowa z wbudowanym dodatkowym portem umożliwiającym podłączenie kamery mikroskopowej. Nachylona pod kątem 30 stopni, możliwość obracania w zakresie 360 stopni.	Tak	
32	Podział światła pomiędzy okulary a port kamery: 100/0, 50/50 dający możliwość jednoczesnej obserwacji w okularach mikroskopu i podglądu obrazu na żywo z kamery.	Tak	
33	Możliwość regulacji odległości międzyżrenicznej w zakresie min. 48 – 75 mm.	Tak	
34	Okulary szerokokoplowe o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 22 mm.	Tak	
35	Możliwość montażu mikrometru okularowego.	Tak	
36	Regulacja dioptryjna min. +/- 5 dioptrii w lewym okularze.	Tak	
37	Pokrowiec antystatyczny.	Tak	

**Uwaga- \* w kolumnie nr 4 Wykonawca wpisuje w polach "niezaciemnionych" parametry oferowane**

Gwarancja i serwis			
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	WYMAGANY	OFEROWANY
1	O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie	Tak	<p>imię i nazwisko .</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>tel.....</p> <p>.....</p> <p>email.....</p> <p>.....</p> <p>faks:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

2	Okres gwarancji (minimum 24 miesiące). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym szkoleniu.	TAK podać	
3	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.	Tak	
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego.	Tak	
	Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności.	Tak	
	Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji - jeśli dotyczy	Dotyczy/ Nie dotyczy	
	Okres gwarancji kończy się przeglądem i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu	Tak	
4	Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów zostanie dostarczony do kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej w dniu uruchomienia sprzętu.	Tak	
5	W przypadku, gdy nieterminowo lub w ogóle nie zostaną wykonane zalecane przez producenta i uzgodnione z Użytkownikiem przeglądy, będą naliczane kary umowne określone w umowie, a gdy niezgodności ujawni kontrola i zostaną cofnięte środki należne za wykonaną pracę, Wykonawca pokryje wartość poniesionej szkody i utraconych korzyści.	Tak	
6	Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu	Tak	
7	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie.	Tak	
8	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Tak	
9	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, z wyjątkiem niedziel i świąt.	Tak	
10	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu i nowy termin upływu gwarancji.	Tak	
11	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.	Tak	
12	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.	Tak	
13	W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego	Tak	
14	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od podpisania umowy.	Tak	
15	Wymiana części zużywalnych w ramach pakietu gwarancyjnego	Tak	
Instruktaż			



1	Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi użytkowej sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem.	Tak	
	Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi technicznej sprzętu np. częstotliwość przeglądów, czytanie kodów błędu/awarii sprzętu, częstotliwość wymiany elementów zużywalnych tj. filtry. Przeprowadzony instruktaż pracowników Działu Gospodarki Aparaturowej (min 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem.	Tak	
	Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury.	Tak	
<b>Dokumentacja</b>			
1	Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim:	Tak	
	a. kartę gwarancyjną,	Tak	
	b. instrukcję obsługi,	Tak	
	c. instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (jeśli ma zastosowanie)	Tak	
	d. harmonogram przeglądów,	Tak	
	e. listę dostawców części zamiennych,	Tak	
	f. listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy)	Tak	
	g. folder z dokładnymi parametrami technicznymi,	Tak	
	h. uzupełniony wpisami Paszport Techniczny,	Tak	
	i. protokół odbioru z numerem seryjnym sprzętu z wpisem, że sprzęt jest sprawny, działa poprawnie oraz z datą następnego przeglądu	Tak	
2	Dla zakupionego sprzętu Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny	Tak	
	1. Strona tytułowa: • Aparat • Nazwa placówki 2. Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA • Nazwa aparatu • Typ • Nr (seryjny) • Firma - dostawca • Rok produkcji • Data zakupu • Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji • Aparat znajduje się w dyspozycji działu 3. Spis dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z urządzeniem (instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa, instrukcja mycia/sterylizacji itp.) 4. Uwagi, (jeśli dotyczy) 5. Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz ze sprzętem	Tak	
<b>Inne</b>			
1	Dostawa do dnia 15 grudnia 2017	Tak	
2	Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika, szkolenie) – do 15 grudnia 2017 r.	TAK podać	
3	Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego.	Tak	

4	Inne wymagania instalacyjne (media) niezbędne do poprawnego działania sprzętu (np. sprężone powietrze, sieć komputerowa LAN, klimatyzacja itp.) – podać, jeśli dotyczy	Tak	
<b>Warunki płatności</b>			
1	Płatność: - 85% ceny aparatu płatne do dnia 30 grudnia 2017 r. po podpisaniu protokołu z dostawy i odbioru	Tak	
	- 15% ceny płatne po podpisaniu protokołu końcowego odbioru, minimum 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze	Tak	

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

## Załącznik nr 5A do PN-145/17/MJ

Pakiet nr 2 - medyczna zamrażarka niskotemperaturowa (poj. 700 - 750 dcm<sup>3</sup>)

Parametry techniczne medycznej zamrażarki niskotemperaturowej

Producent : .....

Kraj pochodzenia: .....

Oferowany model/typ: .....

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2017r.): .....

Lp.	Opis Parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1	Wykonanie zamrażarki – pionowe (szafowe)	Tak	
2	Pojemność użytkowa od 700 do 750 litrów	Tak	
3	Izolacja zamrażarki wykonana w technologii próżniowej z rdzeniem z włókna szklanego o grubości nie większej niż 7 cm (izolacja próżniowa także w drzwiach zewnętrznych).	Tak	
4	Zakres nastawiania temperatury -50°C do -86°C	Tak	
5	Dokładność regulacji temperatury $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .	Tak	
6	Szerokość zewnętrzna zamrażarki w zakresie 950-1050 mm.	Tak	
7	Głębokość zewnętrzna zamrażarki w zakresie 850-900 mm.	Tak	
8	Wysokość zewnętrzna zamrażarki w zakresie 1950-2050 mm	Tak	
9	Układ chłodzenia kaskadowy, dwu-kompresorowy	Tak	
10	Drzwi zewnętrzne 1 szt.	Tak	
11	Drzwi wewnętrzne 2 szt. izolowane z zamknięciem na zatrask.	Tak	
12	Minimum 3 półki w komorze z możliwością regulacji ich wysokości	Tak	
13	Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED	Tak	
14	Panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem umiejscowiony w górnej części urządzenia maksymalnie do 15 cm poniżej górnej krawędzi obudowy	Tak	
15	Jeżeli sterownik umożliwia wyświetlanie komunikatów tekstowych muszą one być podawane w języku polskim lub angielskim		
16	Sterownik wyposażony w alarmy o niekontrolowanym wzroście lub spadku temperatury w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, zanieczyszczeniu filtra skraplacza, konieczności wymiany zużytych komponentów	Tak	
17	Możliwość blokady klawiatury za pomocą kombinacji przycisków	Tak	
18	Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym i możliwością założenia klódki	Tak	
19	Zamek na klucz	Tak	
20	Ogrzewany port wyrównywania ciśnień	Tak	
21	4 kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia.	Tak	
22	Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów informujących o nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeładowaniu zamrażarki, usterkach czujników	Tak	
23	Zużycie energii elektrycznej: maksymalnie 11,5 kWh/24h mierzone przy nastawionej temperaturze -80 stopni, temperatura otoczenia +20 stopni (zamrażarka niewypełniona materiałem)- potwierdzone oryginalnymi folderami Producenta	Tak	

24	Układ chłodzenia przystosowany do pracy z naturalnymi, węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi	Tak	
25	Kompresory, poza chłodzeniem powietrzem, muszą posiadać system chłodzenia oleju, który obniża temperaturę wewnątrz kompresora	Tak	
26	W przypadku dłuższej awarii urządzenia zapewnienie przez Wykonawcę urządzenia zastępczego	Tak	
27	Urządzenie zgodne z dyrektywami 93/42/EEC (urządzenie medyczne)	Tak	

**Uwaga- \* w kolumnie nr 4 Wykonawca wpisuje w polach "niezacięzionych" parametry oferowane,**

Gwarancja i serwis			
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	WYMAGANY	OFEROWANY
1	O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie	Tak	imię i nazwisko : ..... ..... tel..... ..... email..... ..... faks: ..... .....
2	Okres gwarancji (minimum 24 miesiące). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym szkoleniu.	TAK podać	
3	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.	Tak	
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego.	Tak	
	Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności.	Tak	
	Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji - jeśli dotyczy	Dotyczy/ Nie dotyczy	
	Okres gwarancji kończy się przeglądem i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu	Tak	
4	Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów zostanie dostarczony do kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej w dniu uruchomienia sprzętu.	Tak	
5	W przypadku, gdy nieterminowo lub w ogóle nie zostaną wykonane zalecane przez producenta i uzgodnione z Użytkownikiem przeglądy, będą naliczane kary umowne określone w umowie, a gdy niezgodności ujawni kontrola i zostaną cofnięte środki należne za wykonaną pracę, Wykonawca pokryje wartość poniesionej szkody i utraconych korzyści.	Tak	
6	Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu	Tak	
7	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie.	Tak	
8	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Tak	

9	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, z wyjątkiem niedziel i świąt.	Tak	
10	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu i nowy termin upływu gwarancji.	Tak	
11	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.	Tak	
12	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.	Tak	
13	W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego	Tak	
14	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od podpisania umowy.	Tak	
15	Wymiana części zużywalnych w ramach pakietu gwarancyjnego	Tak	
<b>Instruktaż</b>			
1	Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi użytkowej sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem.	Tak	
	Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi technicznej sprzętu np. częstotliwość przeglądów, czytanie kodów błędu/awarii sprzętu, częstotliwość wymiany elementów zużywalnych tj. filtry. Przeprowadzony instruktaż pracowników Działu Gospodarki Aparaturowej (min 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem.	Tak	
	Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury.	Tak	
<b>Dokumentacja</b>			
1	Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim:	Tak	
	a. kartę gwarancyjną,	Tak	
	b. instrukcję obsługi,	Tak	
	c. instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (jeśli ma zastosowanie)	Tak	
	d. harmonogram przeglądów,	Tak	
	e. listę dostawców części zamiennych,	Tak	
	f. listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy)	Tak	
	g. folder z dokładnymi parametrami technicznymi,	Tak	
	h. uzupełniony wpisami Paszport Techniczny,	Tak	
	i. protokół odbioru z numerem seryjnym sprzętu z wpisem, że sprzęt jest sprawny, działa poprawnie oraz z datą następnego przeglądu	Tak	

	Dla zakupionego sprzętu Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny	Tak	
<b>2</b>	W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: 1. Strona tytułowa: • Aparat • Nazwa placówki 2. Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA • Nazwa aparatu • Typ • Nr (seryjny) • Firma - dostawca • Rok produkcji • Data zakupu • Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji • Aparat znajduje się w dyspozycji działu 3. Spis dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z urządzeniem (instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa, instrukcja mycia/sterylizacji itp.) 4. Uwagi, (jeśli dotyczy) 5. Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz ze sprzętem	Tak	
<b>Inne</b>			
<b>1</b>	Dostawa do dnia 15 grudnia 2017	Tak	
<b>2</b>	Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika, szkolenie) – do 15 grudnia 2017 r.	TAK podać	
<b>3</b>	Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego.	Tak	
<b>4</b>	Inne wymagania instalacyjne (media) niezbędne do poprawnego działania sprzętu (np. sprężone powietrze, sieć komputerowa LAN, klimatyzacja itp.) – podać, jeśli dotyczy	Tak	
<b>Warunki płatności</b>			
<b>1</b>	Płatność: - 85% ceny aparatu płatne do dnia 30 grudnia 2017 r. po podpisaniu protokołu z dostawy i odbioru	Tak	
	- 15% ceny płatne po podpisaniu protokołu końcowego odbioru, minimum 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze	Tak	

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

## Załącznik nr 5A do PN-145/17/MJ

Pakiet nr 3 - medyczna zamrażarka niskotemperaturowa (poj. 815 dcm<sup>3</sup>)

Parametry techniczne medycznej zamrażarki niskotemperaturowej

Producent : .....

Kraj pochodzenia: .....

Oferowany model/typ: .....

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2017r.): .....

Lp.	Opis Parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1	Pojemność zamrażarki — 815 litrów +/- 2%	Tak	
2	Pojemność nie mniejsza niż 60000 fiolek 2ml	Tak	
3	Kaskadowy system zamrażania — układ dwóch hermetycznych kompresorów, komercyjnie dostępne czynniki bezfreonowe chłodzące	Tak	
4	Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C	Tak	
5	Gwarantowane utrzymanie temperatury -86°C przy temperaturze otoczenia 32°C	Tak	
6	Możliwość programowania temperatury co 1 °C	Tak	
7	Izolacja w ścianach bocznych w postaci 2.5 cm paneli próżniowych połączonych z warstwą pianki izolacyjnej. Łączna grubość każdej ze ścian nie większa niż 75 mm	Tak	
8	Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła — powietrze chłodzące usuwane z tyłu urządzenia.	Tak	
9	Kompresory zlokalizowane pod komorą roboczą	Tak	
10	Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej	Tak	
11	Zamrażarka automatycznie rozpoznaje czy napięcie sieciowe i częstotliwość prądu są zgodne ze specyfikacją urządzenia.	Tak	
12	Komorą roboczą metalową, pokrytą warstwą ochronną, odporną na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania	Tak	
13	Obudowa malowana farbami epoksydowymi	Tak	
14	Urządzenie wyposażone w 3 półki o regulowanym położeniu, każda o nośności nie mniejszej niż 110 kg	Tak	
15	2 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi, po stronie wewnętrznej pokryte tworzywem utrudniającym przymarzanie	Tak	
16	Potrójna, podgrzewana elektrycznie uszczelka drzwi zewnętrznych	Tak	
17	Drzwi zamrażarki wyposażone w system zapobiegania efektowi próżni - zawór wyrównujący musi być podgrzewany elektrycznie	Tak	
18	Panel sterowania w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD wbudowanego w drzwi urządzenia, na wysokości oczu użytkownika	Tak	
19	Ochrona ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmów za pomocą hasła, możliwość zaprogramowania uprawnień dla co najmniej 150 użytkowników	Tak	
20	Wbudowany cyfrowy rejestrator temperatury oraz wszystkich wydarzeń( tj. czas otwarcia i zamknięcia drzwi, wszelkie alarmy z informacją o typie wydarzenia, dacie i czasie) z możliwością przechowania historii z ostatnich 15 lat	Tak	

21	Możliwość zgrania zapisów rejestratora poprzez port USB wbudowany w panelu sterowania zamrażarki na nośnik typu memorystick w postaci pliku łatwego do otwarcia w Excelu	Tak	
22	Prezentowanie zapisu temperatury w postaci wykresu na panelu sterowania	Tak	
23	Wyświetlacz powinien pokazywać w postaci graficznego schematu temperaturę wymiennika ciepła, pierwszego i drugiego stopnia układu kaskadowego, na wlocie powietrza do kondensatora, na wejściu i wyjściu parownika w celu łatwiejszej identyfikacji ewentualnej awarii	Tak	
24	System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:	Tak	
	- alarm braku zasilania	Tak	
	- alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej	Tak	
	- alarm zbyt wysokiej temperatury	Tak	
	- alarm zbyt niskiej temperatury	Tak	
	- alarm awarii czujników temperatury	Tak	
	- alarm otwartych drzwi	Tak	
	- alarm przegrzania elementów układu zamrażającego	Tak	
	- alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki	Tak	
	- wskaźnik i alarm wizualny oraz dźwiękowy informujący o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunków środowiskowych w pomieszczeniu	Tak	
- wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra	Tak		
25	Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury)	Tak	
26	Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz	Tak	
27	Interfejs RS485	Tak	
28	Dwa porty dostępu o średnicy nie mniejszej niż 25 mm	Tak	
29	Urządzenie wyposażone w wbudowany awaryjny system CO <sub>2</sub> -podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania	Tak	
30	Możliwość wyposażenia urządzenia w awaryjny system LN <sub>2</sub> - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania	Tak	
31	Zamrażarka wyposażona w system kółek umożliwiających łatwy transport	Tak	
32	Zamrażarka wyposażona w:		
	1. Pierwszy przedział: 6 stelaży z wysuwanymi szufladkami pozwalających na przechowywanie pudełek z próbkami o pojemności 2ml. Każdy stelaż na minimum 25 pudełek o pojemności 100 próbek. W zestawie 150 sztuk pudełek kartonowych	Tak	
	2. Drugi przedział: 6 stelaży na próbki o pojemności 50 ml.	Tak	
33	Zasilanie: 230V 50 Hz, maksymalny pobór energii nie większy niż: w trybie standardowym 8,7 kW/24h w trybie zaawansowanym 10,5 kW/24h	Tak	
34	Maksymalna głośność nie więcej niż 46 dB, potwierdzone w oryginalnych materiałach producenta.	Tak	
35	Wymiary (szer x głęb x wys): - zewnętrzne nie większe niż: 111 x 96 x 198,5 cm; - wewnętrzne nie mniejsze niż: 87 x 68,5 x 130 cm	Tak	
36	Deklaracja CE producenta (dołączyć kopie dokumentów do oferty)	Tak	
37	Do oferty należy dołączyć oryginalny folder urządzenia (dopuszczalny w języku innym niż polski), potwierdzający wymagane funkcje i parametry	Tak	



38	W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty kopi dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy od minimum 6 lat, jeśli nie jest on producentem.	Tak	
----	---	-----	--

**Uwaga- \* w kolumnie nr 4 Wykonawca wpisuje w polach "niezacięzionych" parametry oferowane**

Gwarancja i serwis			
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	WYMAGANY	OFEROWANY
1	O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie	Tak	imię i nazwisko : ..... ..... tel..... ..... email..... ..... faks: ..... .....
2	Okres gwarancji (minimum 24 miesiące). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym szkoleniu.	TAK podać	
3	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.	Tak	
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego.	Tak	
	Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności.	Tak	
	Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji - jeśli dotyczy	Dotyczy/ Nie dotyczy	
	Okres gwarancji kończy się przeglądem i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu	Tak	
4	Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów zostanie dostarczony do kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej w dniu uruchomienia sprzętu.	Tak	
5	W przypadku, gdy nieterminowo lub w ogóle nie zostaną wykonane zalecane przez producenta i uzgodnione z Użytkownikiem przeglądy, będą naliczane kary umowne określone w umowie, a gdy niezgodności ujawni kontrola i zostaną cofnięte środki należne za wykonaną pracę, Wykonawca pokryje wartość poniesionej szkody i utraconych korzyści.	Tak	
6	Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu	Tak	
7	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie.	Tak	
8	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Tak	

9	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, z wyjątkiem niedziel i świąt.	Tak	
10	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu i nowy termin upływu gwarancji.	Tak	
11	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.	Tak	
12	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.	Tak	
13	W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego	Tak	
14	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od podpisania umowy.	Tak	
<b>Instruktaż</b>			
1	Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi użytkowej sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem.	Tak	
	Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi technicznej sprzętu np. częstotliwość przeglądów, czytanie kodów błędu/awarii sprzętu, częstotliwość wymiany elementów zużywalnych tj. filtry. Przeprowadzony instruktaż pracowników Działu Gospodarki Aparaturowej (min 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem.	Tak	
	Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury.	Tak	
<b>Dokumentacja</b>			
1	Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim:	Tak	
	a. kartę gwarancyjną,	Tak	
	b. instrukcję obsługi,	Tak	
	c. instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (jeśli ma zastosowanie)	Tak	
	d. harmonogram przeglądów,	Tak	
	e. listę dostawców części zamiennych,	Tak	
	f. listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy)	Tak	
	g. folder z dokładnymi parametrami technicznymi,	Tak	
	h. uzupełniony wpisami Paszport Techniczny,	Tak	
	i. protokół odbioru z numerem seryjnym sprzętu z wpisem, że sprzęt jest sprawny, działa poprawnie oraz z datą następnego przeglądu	Tak	
	Dla zakupionego sprzętu Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny	Tak	

2	<p>W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia:</p> <p>1. Strona tytułowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparat</li> <li>• Nazwa placówki</li> </ul> <p>2. Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazwa aparatu</li> <li>• Typ</li> <li>• Nr (seryjny)</li> <li>• Firma - dostawca</li> <li>• Rok produkcji</li> <li>• Data zakupu</li> <li>• Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji</li> <li>• Aparat znajduje się w dyspozycji działu</li> </ul> <p>3. Spis dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z urządzeniem (instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa, instrukcja mycia/sterylizacji itp.)</p> <p>4. Uwagi, (jeśli dotyczy)</p> <p>5. Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz ze sprzętem</p>	Tak	
<b>Inne</b>			
1	Dostawa do dnia 15 grudnia 2017	Tak	
2	Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika, szkolenie) – do 15 grudnia 2017 r.	TAK podać	
3	Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego.	Tak	
4	Inne wymagania instalacyjne (media) niezbędne do poprawnego działania sprzętu (np. sprężone powietrze, sieć komputerowa LAN, klimatyzacja itp.) – podać, jeśli dotyczy	Tak	
<b>Warunki płatności</b>			
1	Płatność: - 85% ceny aparatu płatne do dnia 30 grudnia 2017 r. po podpisaniu protokołu z dostawy i odbioru	Tak	
	- 15% ceny płatne po podpisaniu protokołu końcowego odbioru, minimum 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze	Tak	

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## UMOWA nr

zawarta w dniu..... w Warszawie pomiędzy:

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

.....

a

..... wpisanym do ..... prowadzonego przez ..... pod nr KRS ....., Regon ....., NIP ....., o kapitale zakładowym ..... / ..... przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej NIP ....., Regon ....., zwanym dalej „Wykonawcą”,

wybrany w trybie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych, numer sprawy PN-145/17/MJ.

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie mikroskopu fluorescencyjnego/ medycznej zamrażarki niskotemperaturowej (Pakiet nr ...), zwanej dalej „towarem”, którego rodzaj, ilość oraz cenę brutto określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dostawę fabrycznie nowych urządzeń, ich rozładowanie oraz rozpakowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

### § 2

1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest nowy, dobrej jakości, dopuszczony został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres ..... miesięcy (min. 12 miesięcy)
3. Wykonawca dostarczy i uruchomi towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko.

### § 3

1. Odbiór towaru nastąpi u Zamawiającego, według Załącznika nr 1 do umowy we wskazanym miejscu, na podstawie protokołu odbioru. Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze Kierowca/ Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik.
2. Dowodem dostawy towaru jest faktura wraz z protokołem odbioru podpisana bez zastrzeżeń przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

#### § 4

1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy. Łączna wartość towaru wynosi brutto: ..... PLN (słownie złotych: .....).
2. Koszt dostawy wliczony jest w cenę towaru. Kwota podana w ust. 1 powyżej jest ostateczna
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przelewem w terminie 60 dni od dnia skutecznego dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Strony są zgodne, że przez skuteczne dostarczenie uznaje się doręczenie faktury do kancelarii, w tym drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub do Działu Księgowości w siedzibie Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

#### § 5

1. Dostawa nastąpi jednorazowo, w terminie ..... dni od daty podpisania umowy (liczba dni zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie).
2. Termin dostawy oraz inne szczególne warunki Wykonawca ustali telefonicznie z Zamawiającym, na co najmniej na 2 dni przed terminem realizacji dostawy.

#### § 6

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:  
1/dostarczenia towaru niezgodnego z umową,  
2/dostarczenia towaru z opóźnieniem.
4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad prawnych do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca.

#### § 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy w formie kar umownych, z zastrzeżeniem ust.4.
2. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:
  - a. W przypadku opóźnienia:
    - Terminu dostawy określonego w § 5 ust. 10 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy.
    - Terminu rozpatrzenia reklamacji, określonego w § 6 ust. 2 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % ceny brutto, określonej w § 4 umowy;

- b. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto, kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy.
- 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu pisemnym Wykonawcy do zapłaty kary umownej.
- 4. Niezależnie od wysokości kar umownych określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wartość przewidzianej przez Zamawiającego szkody przekroczy wartość kar umownych.

#### § 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany w treści niniejszej umowy jedynie w następujących przypadkach:
  - a. zmiany jakości (na wyższą) zaoferowanego sprzętu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, określonej w § 4 ust. 1 umowy,
  - b. możliwości skorygowania ceny brutto na podstawie stosownego dokumentu w przypadku zmian przepisów podatkowych (stawka podatku VAT).
3. Zmiana określona w ust. 2 pkt 2 powyżej obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności:
  - a. opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy.
  - b. na podstawie art. 145 Pzp.
5. Odstąpienie może być wykonane w terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie od umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia.

#### § 9

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy.
2. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy o ile nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.

#### § 10

1. Wszystkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest:  
.....
3. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:  
.....
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egz. po jednym dla każdej ze Stron.
5. Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik:
  - a. Opis wymagań parametrów technicznych – Załącznik Nr 1
  - b. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie nr PN-145/17/MJ

pieczęć Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych

### OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp)

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert)

w imieniu:

.....  
.....

pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, \*

lub

należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe i składam wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.\*

.....  
.....

\*niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub pieczęć wraz z podpisem

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub pieczęć wraz z podpisem