

Pakiet nr 1 - ZAMRAŻARKI I LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE

Poz. 1. Parametry techniczne ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA WOLNOSTOJĄCA

Producent :

Oferowany model/typ:

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2018r.):

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub	Parametr
1	2	3	4
1.	Klasa efektywności energetycznej min. A++	Tak	
2.	System NO FROST		
3.	Sterowanie elektroniczne		
4.	Wyświetlacz elektroniczny		
5.	Wolnostojąca		
6.	Kolor: biały		
7.	Oświetlenie wnętrza		
8.	Ilość drzwi 1 szt.		
9.	Szuflady przeźroczyste 7 szt.		
10.	Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce		
11.	Alarm otwartych drzwi		
12.	Pojemność 323 - 360 litry	Tak, podać	
13.	Wymiary		
	szerokość: min 70 cm		
	głębokość min. 78 cm		
	wysokość min.176 cm		
14.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak, podać	

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamrażalke do Zamawiającego:**Zakład Immunologii ul. W.K. Roentgena 5 we wskazanym miejscu**

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

Poz. 2. Parametry techniczne LODOWKA WOLNOSTOJĄCA

Producent :

Oferowany model/typ:

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2018r.):

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres parametrów wymaganych	Parametr oferowany
1	2	3	4
1.	Klasa efektywności energetycznej min. A++	Tak	
2.	Wolnostojąca		
3.	Pojemność całkowita: 366 L		
4.	Położenie zamrażarki na dole		
5.	No Frost		
6.	Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz elektroniczny (na froncie drzwi)		
7.	Funkcja supermrożenia		
8.	Alarm niedomkniętych drzwi		
9.	Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce		
10.	Wymiary wysokość: 203 cm szerokość: 60 cm głębokość: 66 cm		
	Chłodziarka:		
11.	Pojemność chłodziarki 279 litrów		
12.	Oświetlenie ledowe		
13.	System multi Airflow (System obiegu chłodnego powietrza wewnątrz chłodziarki i zamrażarki, który równomiernie rozprowadza powietrze na wszystkich poziomach urządzenia. Niweluje chwilowe zmiany temperatury powstające przy otwieraniu drzwi.)		
14.	Filtr AirFresh - aktywny filtr węglowy		
15.	Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki automatyczny		
16.	Ilość półek na drzwiach 4		
17.	5 półek z bezpiecznego szkła		
	Zamrażarka *(***)		
18.	Pojemność zamrażarki 87 litry		
19.	Zdolność zamrażania 14 kg/24h		
20.	Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 16 godzin		
21.	varioZone (możliwość wykorzystania całej przestrzeni zamrażarki dostosowanej do indywidualnej potrzeby dzięki wyjmowanym szklanym półkom i szufladom.)		
22.	Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażarki automatyczny		
23.	3 szuflady przeźroczyste		
24.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak, podać	

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamrażarkę do Zamawiającego:**Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej ul. W.K. Roentgena 5 we wskazanym miejscu**

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

Poz. 3. Parametry techniczne LODOWKA WOLNOSTOJĄCA

Producent :

Oferowany model/typ:

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2018r.):

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres parametrów wymaganych	Parametr oferowany
1	2	3	4
1.	Klasa efektywności energetycznej min. A++	Tak	
2.	Wolnostojąca		
3.	Kolor na zewnątrz: srebrno szary		
4.	Położenie zamrażalki na dole		
5.	Sterowanie mechaniczne		
6.	Bezsztrowowa (No Frost) Nie		
7.	Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki automatyczny		
8.	Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika ręczny		
9.	Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 24 godziny		
10.	Wymiary wysokość: 188,8 cm szerokość: 59,5 cm głębokość: 65,5 cm		
	Chłodziarka:		
11.	Pojemność chłodziarki 228 litrów		
12.	Oświetlenie ledowe		
13.	1 szuflada na warzywa i owoce		
14.	3 półki w drzwiach		
15.	4 półki szklane półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”		
	Zamrażarka:		
16.	Pojemność zamrażalki 111 litry		
17.	3 szuflady		
18.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak, podać	

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamrażalkę do Zamawiającego:**Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej ul. W.K. Roentgena 5 we wskazanym miejscu**

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

Poz. 4. Parametry techniczne ZAMRAZARKA SKRZYNIOWA

Producent :

Oferowany model/typ:

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2018r.):

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres parametrów wymaganych	Parametr oferowany
1	2	3	4
1.	Klasa efektywności energetycznej min. A+	Tak	
2.	Wolnostojąca - skrzyniowa		
3.	Kolor na zewnątrz: biały		
4.	Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 31 godzin		
5.	Bezsronowa (No Frost) Nie		
6.	Możliwość zamknięcia na klucz tak		
7.	Regulowany termostat tak		
8.	Szybkie zamrażanie tak		
9.	Wymiary wysokość: 86,8 cm szerokość: 160 cm głębokość: 66,5 cm		
10.	Pojemność zamrażalki 500 litrów		
11.	Spust wody, wspomaganie otwierania drzwi		
12.	Alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury		
13.	4 kosze		
14.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak, podać	

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamrażalkę do Zamawiającego:

Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotwoórw Zakład Patologii i
 Diagnostyki Laboratoryjnej ul. W.K. Roentgena 5 we wskazanym miejscu

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

Poz. 5. Parametry techniczne LODOWKA WOLNOSTOJĄCA

Producent :

Oferowany model/typ:

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2018r.):

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres parametrów wymaganych	Parametr oferowany
1	2	3	4
1.	Klasa efektywności energetycznej min. A+	Tak	
2.	Wolnostojąca		
3.	Kolor na zewnątrz: biały		
4.	Położenie zamrażalki na górze wewnątrz		
5.	Sterowanie mechaniczne		
6.	Bezsronowa (No Frost) Nie		
7.	Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny		
8.	Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika ręczny		
9.	Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 11 godziny		
10.	Wymiary wysokość: 105 cm szerokość: 55 cm głębokość: 61,2 cm		
	Chłodziarka:		
11.	Pojemność chłodziarki 166 litrów		
12.	1 szuflada na warzywa i owoce		
13.	3 półki w drzwiach		
14.	3 półki szklane w chłodziarce, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”		
	Zamrażarka:		
15.	Pojemność zamrażalki 18 litry		
16.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak, podać	

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamrażalkę do Zamawiającego:**Oddział Onkologii Kliniki Onkologii i Radioterapii ul. Wawelska 15 we wskazanym miejscu**

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

Poz. 6. Parametry techniczne LODOWKA WOLNOSTOJĄCA

Producent :

Oferowany model/typ:

Roku produkcji (nie może być starszy niż 2018r.):

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres parametrów wymaganych	Parametr oferowany
1	2	3	4
1.	Klasa efektywności energetycznej min. A+	Tak	
2.	Wolnostojąca		
3.	Kolor na zewnątrz: srebrno-czarny		
4.	Sterowanie mechaniczne		
5.	Bezsronowa (No Frost) Nie		
6.	Sposób odszraniania (rozmrzania) chłodziarki manualny		
7.	Wymiary wysokość: 51 cm szerokość: 43 cm głębokość: 48 cm		
8.	Pojemność chłodziarki / zamrażarki 41 / 5 Litrów		
9.	Komora niskich temperatur		
10.	1 półka w chłodziarce		
11.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak, podać	

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamrażalke do Zamawiającego:

Sekretariat Z-cy Dyr.ektora ds. Techniczno Administracyjnych ul. Roentgena 15 we wskazanym miejscu

podpis i pieczęć Wykonawcy

data: