

Warszawa, 01.01.2019 r.

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SIWZ nr II

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr PN –145/18/DF.

W odpowiedzi na zadane pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 49

dotyczy pakietu 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania układu oddechowego bez portów 7,6 w nierozłączalnym łączniku Y. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania układu oddechowego bez portów 7,6 w nierozłączalnym łączniku Y. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

UZA
12
tru
ma
mgr
CH
mgr