

Warszawa, 27.12.2018 r.

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr PN –145/18/DF.**

W odpowiedzi na zadane pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż sposób złożenia oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej reguluje rozdz. VIII pkt. 3 przedmiotowej SIWZ.

**Pytanie nr 2**

**SIWZ dział X pkt.1**

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego ( a jest nią dopiero podpisanie umowy ) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w prowadzonym postępowaniu.

**Pytanie nr 3**

**SIWZ dział III pkt.6**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od oznaczenia produktu a tym samym próbki „ fabrycznymi” napisami producenta, ponieważ nie każdy producent opisuje fabrycznie swoje produkty pełną nazwą czy numerem katalogowym, na co my jako dystrybutor nie mamy wpływu. Natomiast zgodnie z wymaganiem Zamawiającego każda próbka będzie przez Wykonawcę opisana numerem pakietu , pozycji, numerem katalogowym oraz nazwą producenta.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nieoznaczonych „fabrycznymi” napisami producenta, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu opisanie numerem pakietu, pozycji, numerem katalogowym i nazwą producenta.

**Pytanie nr 4****Projekt umowy - §4 ust. 2**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par 4 ust 2 Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację projektu umowy z uwagi na fakt, iż w §4 pkt. 2 przedmiotowego projektu Zamawiający wskazał, że wszystkie zmiany nie będą prowadziły do zmiany wysokości wynagrodzenia brutto danego pakietu.

**Pytanie nr 5****Projekt umowy - §2 ust.5 oraz §5 ust. 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał towar do apteki lub magazynu szpital bez faktury , a fakturę dostarczał osobno do Kancelarii ul. Roentgena 5 lub Działu Księgowości przy ul. Wawelskiej 15B.

**Odpowiedź**

Zamawiający odnosząc się do pierwotnej treści SIWZ wyjaśnia, iż oczekuje złożenia faktury za dostarczony towar do Kancelarii CO-I ul. Roentgena 5 lub Działu Księgowości CO-I przy ul. Wawelskiej 15B.

**Pytanie nr 6****Projekt umowy - §6 ust.1**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 36 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej modyfikacji.

**Pytanie nr 7****Projekt umowy - §7 ust.2**

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianę towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych. Termin 5 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych –

przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej modyfikacji.

**Pytanie nr 8**

**Projekt umowy - §8 ust.3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kary do wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej modyfikacji.

**Pytanie nr 9**

**Projekt umowy - §10 ust.3**

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu §10 ust.3 poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej modyfikacji.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 12 poz. 2**

Proszę o informację czy ww papier do aparatu Nihon Kohden ma być z nadrukiem czy bez nadruku?

**Odpowiedź**

Zamawiający, informuje, że oczekuje zaoferowania papieru do aparatu Nihon Kohden z nadrukiem.

**Pytanie nr 11**

**Załącznik nr 2.12; SIWZ III pkt.5**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do Pakietu nr 12 na 1 szt. do każdej pozycji, ponieważ zawiąza to koszt udziału w postępowaniu a jakość oferowanego asortymentu można ocenić na podstawie mniejszej ilości produktu.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 1 szt.

**Pytanie nr 12**

**SIWZ dział III pkt.6**

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie podania na próbce napisów w języku polskim, ponieważ najczęściej producent papierów stosuje napisy w języku angielskim lub nie stosuje napisów na opakowaniach jednostkowych.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie próbek nieopisanych w języku polskim.

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy: PN – 145/18/DF, Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują

wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy: PN – 145/18/DF, Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy: PN – 145/18/DF, Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia ampułko- strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność maksymalnie 10 ml)

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy: PN – 145/18/DF, Pakiet 15, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia ampułko- strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 20 ml (całkowita pojemność maksymalnie 20 ml)

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.


**Pytanie nr 17**


Dotyczy: Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie „igła półautomatyczna typu Menghini do aspiracyjnego pobierania histologicznych wycinków z wątroby. Ostrze igły typu trokar pozwala na atraumatyczną i łatwą penetrację bez konieczności nacinania skóry, nie pozwala na wniknięcie tkanki do światła igły przed osiągnięciem miejsca biopsji, zapobiega przedostaniu się próbki do cylindra strzykawki, utrzymując próbkę w kaniuli, aby ułatwić etap usunięcia bioptatu. Igła wyposażona jest w system aktywacji (przycisk), co pozwala na wykonanie biopsji jedną ręką.


Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar 18Gx10cm i 16Gx10cm

Wg. Rysunku poniżej






1 - Push the piston



2 - Activate the vacuum



3 - Insert the needle



4 - Release the sample

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie Igły półautomatycznej typu Menghini do aspiracyjnego pobierania histologicznych wycinków z wątroby, ostrze igły typu trokar – przy jednoczesnym spełnieniu parametrów opisanych w Załączniku nr 2.10 do SIWZ.

### **Pytanie nr 18**

Dotyczy: Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie zestawu do przezskórnej biopsji wątroby wg Menghini w rozmiarze 18G, 16G długość igły 90mm ? Pozostałe zgodne z SIWZ

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania igły o rozmiarze 18G/90mm, 16G/90mm.

### **Pytanie nr 19**

Dotyczy: Pakiet nr 10

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia próbek w ilości 2 szt dla każdego rozmiaru i dopuści do oceny jakości 2 szt rozmiaru 18G ? Próbki jednego rozmiaru wystarczą do oceny jakości lub też próbki w ilości 1 szt dla dwóch rozmiarów np. 18G i 16G ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 20**

Dotyczy: Pakiet nr 10 – Ocena jakości

Czy Zamawiający może bliżej wyjaśnić, iż przedmiotowy zestaw ma być kompatybilny ze sprzętem używanym na oddziale?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przypadku zestawów składających się z kilku elementów (igła, strzykawka, skalpel), prosimy o łączenia typu Luer.

### **Pytanie nr 21**

Dotyczy: Pakiet nr 17

Czy Zamawiający może przybliżyć o jakie igły chodzi – opis nie jest kompletny ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w procesie publikacji opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 17 został podany do wiadomości publicznej niekompletny opis. Zamawiający publikuje na stronie [www.coi.pl](http://www.coi.pl) w zakładce przedmiotowego postępowania edytowalny, kompletny Załącznik nr 2.17 do SIWZ.

### **Pytanie nr 22**

Pakiet 5, pozycja 3: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z pakietu nr 5 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim producentom opasek do mocowania rurek intubacyjnych co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający zgada się na wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji 3 do oddzielnego Pakietu nr 5a. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 do SIWZ oraz nowoutworzony Załącznik nr 2.5a do SIWZ Zamawiający publikuje na stronie [www.coi.pl](http://www.coi.pl) w zakładce przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 23****Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i dopuści w powyższym zakresie filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H<sub>2</sub>O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24****Dotyczy Pakietu nr 16**

Czy Zamawiający wymaga łyżki umożliwiającej pracę także w środowisku MRI?

**Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Załącznik 2.6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 26**

Załącznik 2.8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki z 4 uchwytami i prostym zamkiem, w kolorze białym, rozmiar: 220 cm x 90 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,16 mm, uchwyty dodatkowo wzmocnione folią, wytrzymałość folii do 160 kg, pakowane pojedynczo + rękawiczki jednorazowe?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 27****Pakiet 18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego o następujących parametrach: elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999% i przeciwwirusowej >99,999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci; o poziomie nawilżania 37mg/l przy V<sub>t</sub>=500ml; przestrzeni martwej 55ml, o oporach przepływu: 0,82 cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min, 2,14 cm H<sub>2</sub>O przy 60l/min i 3,95 cm H<sub>2</sub>O przy 90l/min; objętości oddechowej 150-1500ml; wadze 35,6 g; ze złączem prostym; z portem kapno zabezpieczonym zakręcanym koreczkiem; sterylny (sterylność potwierdzona dołączonym do oferty przetargowej certyfikatem walidacji procesu sterylizacji wystawionym przez Producenta i dotyczącym numeru LOT dostarczonych próbek.).

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 18 pozycji 1 do oddzielnego pakietu.

#### **Pytanie nr 28**

##### **Dotyczy § 5 ust. 4 wzoru umowy**

Prosimy o potwierdzenie, iż dla spełnienia wymagań § 5 ust. 4 wzoru umowy wystarczającym będzie załączenie faktury wraz z wysyłanym towarem.

##### **Odpowiedź**

Zamawiający odnosząc się do pierwotnej treści wzoru umowy informuje, że faktura za dostarczony towar winna być złożona – ewentualnie przesłana – w Kancelarii CO-I w Warszawie przy ul. Roentgena 5 lub w Dziale Księgowości CO-I w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B.

#### **Pytanie nr 29**

##### **Dotyczy § 8 ust. 1 i 2 wzoru umowy**

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w dostawie towaru (pkt. 1) oraz w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego (pkt. 2) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

##### **Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej modyfikacji.

#### **Pytanie nr 30**

##### **Dotyczy § 8 ust. 3 wzoru umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 8 ust. 3 wzoru umowy „.....tytułem kary umownej 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.” do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne w wysokości 20% powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współzycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.

##### **Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej modyfikacji.

#### **Pytanie nr 31**

##### **Dotyczy przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2 poz. 1 oraz Pakiet nr 3 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów Zestawu do wklucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnik centralny 3-światłowy 7 Fr/dł. 15cm, 20 cm lub 25cm (w zależności od zamówienia). Światła kanałów: 16Ga/18Ga/18Ga wykonany z poliuretanu, impregnowany minocykliną i ryfampicyną, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera.
- nasadki bezigłowe

- przewodnik z elastyczną końcówką T-J w plastikowej ostonce o śr. 0,032 inch
- igła punkcyjna echotip 18Ga, igła z koszulką
- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką
- rozszerzadło
- strzykawka, czerwony pojemnik na ostre elementy, skalpel
- zestaw umieszczony na tacy

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietów nr 2 oraz Pakietu nr 3. Przy zaoferowaniu dopuszczonych parametrów dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia prosimy o wpisanie proponowanego rozwiązania w stosownym formularzu cenowym z informacją o udzieleniu dopuszczenia przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 32**

**Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania asortymentu posiadającego etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 33**

**Pakiet nr 7, poz. 1-5**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kraników sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 34**

**Pakiet nr 7, poz. 1-2**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 35**

**Pakiet nr 7, poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika z przestrzenią wypełnienia wynoszącą 0,32 ml.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 36**

**Pakiet nr 7, poz. 2**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika z przestrzenią wypełnienia wynoszącą 0,9 ml.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 37**

**Pakiet nr 7, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatozem pozycji, z powodzeniem stosowany w placówkach na terenie całej Polski, bez znaczników?



**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 38**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej modyfikacji.

**Pytanie nr 39**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2, 3:

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie.
2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub nieuzupełnienia brakującej ilości towaru w terminie określonym w § 7 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zareklamowanego lub brakującego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego lub brakującego towaru.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10 % wartości brutto niedostarczonego towaru.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej modyfikacji.

**Pytanie nr 40****Zadanie 7:****Poz. 1- 5:**

Prosimy o sprecyzowanie czy wszystkie produkty, tak jak obecnie stosowane, mają pochodzić od jednego producenta?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 41****Zadanie 14:****Poz.1-3:**

Prosimy o sprecyzowanie czy wszystkie produkty, tak jak obecnie stosowane, mają pochodzić od jednego producenta?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 42****Zadanie 14:****Poz.1-3:**

Prosimy Zamawiającego o podanie klasy pod jaką mają być zarejestrowane strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego wymienione w poz.1,2,3?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje oczekuje zaoferowania strzykawek zarejestrowanych w klasie 3.

**Pytanie nr 43****Zadanie 16:**

Prosimy Zamawiająco o doprecyzowanie czy jednorazowe metalowe łyżki światłowodowe Macintosh w celu lepszego doświetlenia dróg oddechowych mają posiadać nieosłonięty światłowód, światłowód w podstawie nylonowej wyposażonej w zatrzaski kulkowe zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 44**

Czy w zakresie Pakietu Nr 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika do kaniulacji żył centralnych 7Fr/20cm trójświatłowego o światłach kanałów wewnętrznych: 16Ga/18Ga/18Ga przystosowane do podaży kontrastu o lepkości 11,8cP pod ciśnieniem 400psi z zachowaniem pozostałych wymagań opisanych w SIWZ?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 45**

Czy w zakresie Pakietu Nr 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika do kaniulacji żył centralnych 7Fr/20cm trójświatłowego o światłach kanałów wewnętrznych: 16Ga/18Ga/18Ga w zestawie z miękką kaniulą 18Ga/6,35cm na igle 20Ga z zachowaniem pozostałych wymagań opisanych w SIWZ?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 46**

Czy w zakresie Pakietu Nr 3 pozycja nr 1 Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,99999\%$ , p/wirusowej  $> 99,999\%$ , skuteczność filtracyjna względem NaCl  $\geq 97,416\%$ , z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 37,2 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6,77 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 38 ml, opory przepływu 1,8 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, objętość oddechowa V<sub>t</sub> 150-1000 ml, waga 32 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 47**

Pakiet Nr 5 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 5 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim producentom opasek do mocowania rurek intubacyjnych co może wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający zgada się na wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji 3 do oddzielnego Pakietu nr 5a. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 do SIWZ oraz nowoutworzony Załącznik nr 2.5a do SIWZ Zamawiający publikuje na stronie [www.coi.pl](http://www.coi.pl) w zakładce przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 48**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 17 poz. 1 i 2 igieł o długości 20 cm – pozostałe kryteria zgodnie z SOWZ

## Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej długości z uwagi na fakt, iż igła o długości 20 cm jest za krótka.

## Modyfikacje treści SIWZ

### 1. Rozdział III, pkt. 5

**Było:** "W zakresie Pakietów nr 1, 7, 8, 11, 13 i 16 Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanych dostaw w oparciu o dostarczone wraz z ofertą nieodpłatne próbki wyrobów. Oferowane produkty będą oceniane w oparciu o testowanie nieodpłatnie dostarczonych próbek (**produktów, zgodnych z opisem w załącznikach nr od 2.1 do 2.18 do SIWZ**), które należy złożyć najpóźniej do dnia 18.12.2018.r. do godz. 10:00 do Zamawiającego pok. 002 ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa.

W zakresie wymogu dostarczenia próbek stosowane są regulacje zawarte w art. 10c ust. 1 upzp."

**Otrzymuje brzmienie:** „W zakresie Pakietów nr 1, 5a, 7, 8, 11, 13 i 16 Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanych dostaw w oparciu o dostarczone wraz z ofertą nieodpłatne próbki wyrobów.

Oferowane produkty będą oceniane w oparciu o testowanie nieodpłatnie dostarczonych próbek (**produktów, zgodnych z opisem w załącznikach nr od 2.1 do 2.18 do SIWZ**), które należy złożyć najpóźniej do dnia 10.01.2019.r. do godz. 10:00 do Zamawiającego pok. 002 ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa.

W zakresie wymogu dostarczenia próbek stosowane są regulacje zawarte w art. 10c ust. 1 upzp."

### 2. Rozdział VII, pkt. 2.1, ppkt. b)

**Było:** „Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 głównej dostawy o wartości nie mniejszej niż:

nr pakietu	PLN
1	25 000,00
2	65 000,00
3	110 000,00
4	13 000,00
5	15 000,00
6	500,00
7	37 000,00
8	900,00
9	300,00
10	1 500,00
11	2 500,00
12	24 000,00
13	40 500,00
14	400 000,00
15	92 000,00
16	14 000,00

17	600,00
18	20 000,00

Otrzyma je brzmienie: „Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 głównej dostawy o wartości nie mniejszej niż:

nr pakietu	PLN
1	25 000,00
2	65 000,00
3	110 000,00
4	13 000,00
5	6 000,00
5a	9 000,00
6	500,00
7	37 000,00
8	900,00
9	300,00
10	1 500,00
11	2 500,00
12	24 000,00
13	40 500,00
14	400 000,00
15	92 000,00
16	14 000,00
17	600,00
18	20 000,00

**3. Rozdział VII, pkt. 2.2, ppkt. a)**

**Było:** „Zamawiający wymaga wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszych niż:

nr pakietu	PLN
1	25 000,00
2	65 000,00
3	110 000,00
4	13 000,00
5	15 000,00
7	37 000,00
12	24 000,00
13	40 500,00
14	400 000,00
15	92 000,00
16	14 000,00
18	20 000,00

**Otrzymuje brzmienie:** „Zamawiający wymaga wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszych niż:

nr pakietu	PLN
1	25 000,00
2	65 000,00
3	110 000,00
4	13 000,00
5	6 000,00
5a	9 000,00
7	37 000,00
12	24 000,00
13	40 500,00
14	400 000,00
15	92 000,00
16	14 000,00
18	20 000,00

#### 4. Rozdział XVII, pkt. 1

1. **Było:** „Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

pakiet nr:	Kwota wadium PLN	słownie PLN
1	3 000,00	Trzy tysiące złotych
2	8 000,00	Osiem tysięcy złotych
3	13 000,00	Trzynaście tysięcy złotych
4	1 600,00	Jeden tysiąc sześćset złotych
5	1 800,00	Jeden tysiąc osiemset złotych
6	50,00	Pięćdziesiąt złotych
7	4 500,00	Cztery tysiące pięćset złotych
8	100,00	Sto złotych
9	30,00	Trzydzieści złotych
10	200,00	Dwieście złotych
11	300,00	Trzysta złotych
12	2 500,00	Dwa tysiące pięćset złotych
13	4 500,00	Cztery tysiące pięćset złotych
14	45 000,00	Czterdzieści pięć tysięcy złotych
15	11 000,00	Jedenaście tysięcy złotych
16	1 500,00	Jeden tysiąc pięćset złotych
17	50,00	Pięćdziesiąt złotych
18	2 000,00	Dwa tysiące złotych

**Otrzymuje brzmienie:** „Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

pakiet nr:	Kwota wadium PLN	słownie PLN
1	3 000,00	Trzy tysiące złotych
2	8 000,00	Osiem tysięcy złotych
3	13 000,00	Trzynaście tysięcy złotych
4	1 600,00	Jeden tysiąc sześćset złotych

5	700,00	Siedemset złotych
5a	1 000,00	Jeden tysiąc złotych
6	50,00	Pięćdziesiąt złotych
7	4 500,00	Cztery tysiące pięćset złotych
8	100,00	Sto złotych
9	30,00	Trzydzieści złotych
10	200,00	Dwieście złotych
11	300,00	Trzysta złotych
12	2 500,00	Dwa tysiące pięćset złotych
13	4 500,00	Cztery tysiące pięćset złotych
14	45 000,00	Czterdzieści pięć tysięcy złotych
15	11 000,00	Jedenaście tysięcy złotych
16	1 500,00	Jeden tysiąc pięćset złotych
17	50,00	Pięćdziesiąt złotych
18	2 000,00	Dwa tysiące złotych

#### 5. Rozdział XXI, pkt. 1

**Było:** „Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  
**pakiet nr 1, 7, 8, 11, 13, 16**

cena 100%

Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe; powinna być podana jako wartość netto i brutto.

W kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najniższej}}{\text{Wartość brutto oferty badanej}} \times 100\% \times 100$$

**Otrzymuje brzmienie:** „Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

**pakiet nr 1, 5a, 7, 8, 11, 13, 16**

cena 100%

Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe; powinna być podana jako wartość netto i brutto.

W kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najniższej}}{\text{Wartość brutto oferty badanej}} \times 100\% \times 100$$

**Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.01.2019r. na dzień 14.01.2019r.**

KIEROWNIK  
CZĘŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
I ZAOPATRZENIA  
Centrum Onkologii-Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie  
*M. Szwarczewska*  
mgr Monika Szwarczewska