Warszawa, 11. .04.2019 r.

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do mycia i dezynfekcji dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, pakiety 1-3.
Nr sprawy PN-4/19/DW

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy pakietu nr 3 Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu-nr 3, pkt. 41 - Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia folderu informacyjnego potwierdzającego wymagane parametry techniczne autoryzowanego przedstawiciela?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie folderu informacyjnego potwierdzającego wymagane parametry techniczne autoryzowanego przedstawiciela.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 3 – Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające standardowy kosz na 1 basen sanitarny z pokrywą i dwie kaczki z możliwością rozbudowy o dodatkowe kosze umożliwiające mycie i dezynfekcję np. 6 szt. kaczek, dezynfekcje 3 basenów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 3 – Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów
Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym zamawiający wymaga aby myjnia posiadała wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie

komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp.

Zamawiający dodaje zapis w pkt. 9.1, w zał. nr 3.3 do SIWZ o następującej treści.

„Pkt. 9.1 Myjnia z wbudowaną dyszą umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp."

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 3 – Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 3 – Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.

Zamawiający dodaje zapis w pkt. 14, w zał. nr 3.3 do SIWZ o następującej treści.

„ (...) Możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp."

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 3, pkt. 33 – Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Po przekroczeniu wyłącznie tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający zmienia treść zapisu w pkt. 31 oraz w pkt. 33, zał. nr 3.3 do SIWZ w sposób następujący;

„ Pkt. 31 Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia."
„Pkt. 33 W przypadku naprawy przekraczającej czas 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach takich samych bądź lepszych z użytkowanym."

Zamawiający zmienia treść zapisu w § 5, ust. 9, zał. nr 7 do SIWZ, w sposób następujący;
„ 9. (...) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad aparatury w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. (...)."

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 3, pkt. 33 – Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt 33. „W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy."
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 3 – Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304.
Zamawiający zmienia zapis w pkt. 6, zał. nr 3.3. do SIWZ w sposób następujący:
„Pkt. 6 Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304.
Pojemność komory minimalna 69 litrów ±10%"

Pytanie nr 9 - Dotyczy Pakietu nr 3
Prosimy o dopuszczenie płuczko-dezynfektora o pojemności 2 baseny + 2 kaczki na cykl.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 - Dotyczy Pakietu nr 3
Prosimy o dopuszczenie płuczko-dezynfektora o poziomie hałasu 59,5 dB. Jest to poziom nieznacznie wyższy od dopuszczanego i w praktyce nie jest odczuwalny dla personelu i pacjentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 - Dotyczy Pakietu nr 3
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: 500 mm szer. x 600 mm gł. x 1042 mm wys.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 - Dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie z suszeniem konwekcyjnym? Polska Norma nie wymaga automatycznego, mechanicznego schładzania i suszenie naczyń strumieniem powietrza – po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń, nadto zaś naczynia do 5 minut po zakończonym cyklu mycia mają być suche. Stąd też rozwiązanie nasze jest równoważne parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego. Oferowane rozwiązanie jest ponadto tańsze w użytkowaniu ponieważ nie wymaga wymiany drogich filtrów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 13 - Dotyczy Pakietu nr 3
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o automatycznym otwieraniu i zamykaniu w oparciu o czujniki podczerwieni – oferowane przez nas urządzenie jest w pełni bezdotykowe, a zatem nie zawiera jakiegokolwiek elementu wymagającego kontaktu fizycznego. - zatem jest o wiele bezpieczniejsze z punktu widzenia profilaktyki zakażeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 14 - Dotyczy Pakietu nr 3
Prosimy o doprecyzowanie punktu 14 opisu przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga kosza załadowczego na 2 baseny, zarazem jednak opisany płuczko-dezynfektor umożliwiać ma jednoczesne mycie jednego basenu i jednej kaczki. Podobnie, Zamawiający wymaga kosza załadowczego na minimum 4 sztuki butli lub kaczek, podczas gdy wskazany płuczko-dezynfektor ma umożliwiać mycie do 3 kaczek jednocześnie. W związku z powyższym, jak wskazaliśmy w pytaniu nr 1 prosimy o dopuszczenie płuczko-dezynfektora o pojemności 2 baseny + 2 kaczki na cykl, który zrealizuje potrzeby Zamawiającego co do pojemności na cykl pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

W przypadku zaoferowania produktu posiadającego parametry dopuszczone w niniejszych wyjaśnieniach, Zamawiający prosi o wpisanie w kolumnie *„Wartość oferowana podać/opisać Potwierdzenie spełnienia wymogu" (Formularz cenowy zał. nr 3.3 do SIWZ)* informacji o udzielonym dopuszczeniu dla oferowanego parametru/warunku.

Niniejszym Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w związku z treścią udzielonych wyżej odpowiedzi, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie jak wskazano wyżej w odpowiedziach na pytania a ponadto, Zamawijacy wykreśla zapisy w pkt.; 18.1, 19, 20, 21, 22, 23 w załączniku nr 3.3. do SIWZ.

W załączeniu do niniejszych Wyjaśnień treści SIWZ nr 1;

- Zmodyfikowany załacznik nr 3.3 do SIWZ (dot. pakietu nr 3)

- Zmodyfikowany załacznik nr 7 do SIWZ (dot. pakietu nr 3)

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.

- termin składania ofert do dnia 07.05.2019 r. do godz. 10:00;
- termin otwarcia ofert w dniu 07.05.2019 r. o godz. 10:30.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że Wyjaśnienia treści SIWZ w zakresie pakietu nr 2 - (Przenośne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania), zostaną opublikowane w możliwe najkrótszym czasie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
mgr Monika Szwarczewska

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Dorota Wołosiak

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Danuta Filipiak