

Parametry oceny jakości

LP.	Parametry oceniane
1	<p>PAKIET nr 1 pozycja 1,2</p> <p>1* ergonomia użycia, łatwość aplikacji urządzenia,</p> <p>2* łatwość wyjęcia z opakowania,</p> <p>3* dobry efekt hemostazy,</p> <p>4* możliwość przecięcia tkanki bez elektrokoagulacji,</p> <p>5* stała kompresja tkanki podczas aplikacji narzędzia,</p> <p>6* możliwość koagulacji tkanki bez jej przecinania,</p> <p>7* możliwość preparowania tkanki bez aktywacji narzędzia,</p> <p>8* łatwość aplikacji jednoręcznej,</p> <p>PAKIET nr 1 pozycja 3,4,5,7</p> <p>1* ergonomia użycia, łatwość aplikacji urządzenia,</p> <p>2* łatwość wyjęcia z opakowania,</p> <p>PAKIET nr 1 pozycja 6</p> <p>1* trwałość torebki podczas wyciągania preparatu,</p> <p>2* łatwość aplikacji jednoręcznej,</p> <p>3* łatwość wyjęcia z opakowania,</p> <p>4* ergonomia użycia, łatwość aplikacji urządzenia</p>
2	<p>PAKIET nr 2 pozycja 1</p> <p>2.1* szczelność opakowania</p> <p>2.2* funkcjonalność i łatwość w użyciu</p> <p>2.3* łatwość aplikacji</p>

	2.4* poprawa jakości obrazu po zastosowaniu preparatu
--	--

* Zamawiający przy ocenie jakości poszczególnych pozycji, zastosuje następującą zasadę oceny punktowej:

- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.
- spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem – 1 pkt.
- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 2 pkt.